



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JH-48/16
Број: 3984-6
Датум: 05.12.2016.
Ср. Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-48/16 – Хируршки шавни материјал

Дана 01.12.2016. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-48/16 – Хируршки шавни материјал, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

“Pitanje:

Shodno napomenama gde se konci koriste u vaskularnoj i u koronarnoj hirurgiji i potrebi da ne postoji velika diskrepancija izmedju igle i konca, kao i bitnost jacine igle, postujuci sve predhodno navedene neophodne zahteve, da li cete prihvatiti odstupanje velicine igle od ± 0.5 mm za partiju 9. Mala odstupanja igle, nisu navedeni kao neophodan zahtev, te tim povodom verujemo da ovakva razlika ne bi uticala na uspesnost odvijanja same procedure.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:

1. Наручилац неће прихватити одступање величине игле од ± 0.5 мм за партију бр.9.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку