



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

Red.br. JNOPOS-41/19

Broj: 3572-5/19

Datum: 04.12.2019. godine

Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 1019-1/19
od 03.04.2019. godine
sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku material za invazivnu kardiologiju
JNOPOS-41/19**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – materijal za invazivnu kardiologiju, JNOPOS-15/19 u okviru kojeg je postavljena sledeća pitanja:

„Poštovani, Molim Vas za odgovor na pitanje za JN JNOPOS-41/19 vezano za Partiju broj 8 pod nazivom - Udlaga za hemostazu a.radialis.

Da li pod udlagom podrazumevate materijal od plastike ili posebne vrste tekstila/materijala?“

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljena pitanja:

Naručilac pod pojmom udlaga za hemostazu a.radialis, smatra:

-Udlagu: potpurnu ploču (čvrsti materijal od plastike ili odgovarajuće) sa kaiševima ili trakom koja se postavlja preko dlana a zatim zateže kako bi se fiksirala potporna ploča oko šake i ruke. Potporna ploča obezbeđuje podršku za šaku i prenosi pritisak na nadlakticu i podlakticu kako bi se osigurao protok krvi.

-Hemostaza a.radialis se vrši sa kompresivnim jastučetom sa kaišem ili trakom koje se postavlja preko mesta punkcije i nanosi mehanicki pritisak na mesto punkcije kako bi izazvalo hemostazu. Količina pritiska na mestu punkcije se prilagođava zatezanjem ili otpuštanjem kaiša ili trake kompresivnog jastučeta.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU