



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-31/18

Број: 2778-4

Датум: 2.11.2018. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 2778-1 од 22.10.2018. године, сачинила је

**Додатно појашњење за јавну набавку
ЈН-31/18 - Дигитални ангиографски апарат за напредне
кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца
са извођењем радова на адаптацији простора, израдом пројекта
изведеног стања, монтажом и опремањем по систему „кључ у
руке“**

Дана 1.11.2018. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈН-31/18 - Дигитални ангиографски апарат за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца са извођењем радова на адаптацији простора, израдом пројекта изведеног стања, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“:

1. Наручилац је на страни 9. у оквиру табеле минималних техничких захтева за карактеристику под рб. 8.8. захтевао следеће:

3Д апликација за ЦТО процедуре (syngo CTO Guidance, CTO Navigator или одговарајуће) која омогућава аутоматску сегментацију коронарних крвних судова са импортованих ЦТ коронарографија и приказ фузионисане аутоматски сегментираних централних линија коронарних крвних судова у реалном времену на живој слици (live image) што омогућава оптималну ангулацију Ц лука како би се избегла дисекција крвног суда.

Решење који би понудили као потенцијални понуђач syngo CTO Guidance у потпуности испуњава захтеве Наручиоца за напредно извођење ЦТО процедура, али на нешто другачији начин, односно приказ фузионисане аутоматски сегментираних централних линија коронарних крвних судова у реалном времену поред живе слике (live image), а не на живој слици, из разлога што би тако фузионисана слика на живој слици ометала извођење процедуре обзиром на јако мали промер коронарних крвних судова.

Из тог разлога ради једнозначног тумачења захтева Наручиоца, а у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве понуде предлажемо да тачка 8.8. гласи (овде је уврштена и исправка вероватно штампарске грешке код самог назива процедуре):

3Д апликација за ЦТО процедуре (syngo CTO Guidance, CTO Navigator или одговарајуће) која омогућава аутоматску сегментацију коронарних крвних судова са импортованих ЦТ коронарографија и приказ фузионисане аутоматски сегментираних централних линија коронарних крвних судова у реалном времену на живој слици (live image) или поред живе слике (side by side) што омогућава оптималну ангулацију Ц лука како би се избегла дисекција крвног суда.

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ