



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



JH-31/18
Broj: 2778-9
Датум: 9.11.2018.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку JH-31/18 – Дигитални ангиографски апарат за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца са извођењем радова на адаптацији простора, израдом пројекта изведеног стања, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке, образована Решењем директора број 2778-1 од 22.10.2018. године, припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ JH-31/18

I Конкурсна документација број 2778-3 од 22.10.2018. године, са изменама број 2778-5 од 2.11.2018. године и 2778-7 од 5.11.2018. године, у делу:

2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., део 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација), **мења се и гласи:**

Р.бр	Минимални технички захтеви наручиоца	ДА/НЕ	КОМЕНТАР
1.	Статив са Ц-луком		
1.1.	Монопланарни подно монтирани Ц-лук, који треба да је једноставан за руковање приликом извођења свих прегледа и интервенција, омогућавајући кранио-каудалну ангулацију, RAO/LAO и латералне пројекције.		
1.2.	Систем мора да обезбеди кретање детекторског панела са SID-ом у опсегу од 95 до 115 цм или шире		
1.3.	Функционалност система треба да омогући једноставан приступ пацијенту приликом интервенција (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа) позиционирањем Ц-лука са леве и са десне стране пацијента, као и у позицију када је Ц-лук изнад главе пацијента.		
1.4.	Сви покрети система Ц-лука, пацијент стола и уређаја за аквизицију слике треба да имају управљачке контроле уз пацијент сто, са могућношћу померања и позиционирања командног места.		
1.5.	Меморисане позиције Ц-лука, које могу бити програмиране и активирани контролним панелом поред стола.		
1.6.	Параметри који се сетују у меморисаним позицијама Ц-лука, најмање: кранио-каудална ангулација, RAO/LAO, SID.		
1.7.	Систем за заштиту од колизије Ц-лука и пацијента		
1.8.	Ротација Ц-лука која омогућава приказ коронарних крвних судова из више програмираних пројекција са само једним убризгавањем контраста у једној континуираној аквизицији Dynavision, Cardiacswing или одговарајуће.		
2.	Пацијент сто		
2.1	Сто за пацијента треба да је подно монтиран.		
2.2	Сто за пацијента се мора моторизовано померати по висини са најнижом позицијом стола у односу на под од највише 80 цм		

2.3	Дужина стола, најмање 260 цм, ширина стола најмање 50 цм		
2.4	Слободно пливајућа плоча стола у 4 хоризонтална правца од слабо абсорпционог материјала и са плочом погодном за кардиопулмоналну реанимацију		
2.5	Сто мора поседовати кранио-каудални тилт (глава горе-глава доле) најмање $\pm 15^\circ$		
2.6	Ротација стола, најмање ± 90 степени		
2.7	Носивост стола (максимално оптерећење) најмање 300 кг		
2.8	Управљачки контролни панел уз пацијент сто треба да укључује: а) моторизовано вертикално померање стола; б) блокаду и отпуштање плоче стола; с) моторизовано покретање Ц-лука за добијање жељене позиције		
2.9.	Управљачки контролни панел уз пацијент сто посебно треба да садржи "touch screen" кориснички интерфејс којим се могу обављати следеће функције: – подешавање слике екрана, – увећање или умањење слике, – избор нивоа флуороскопије – могућност избора врсте снимања – избор величине видног поља – управљање функцијама и апликационим софтверима са дијагностичке радне станице – управљање функцијама хемодинамског система		
2.10.	Неопходни додаци уз пацијент сто су: а) Монтажни ослонац за руку б) Радиолуцентни душек за пацијентски сто, који мора омогућити удобан положај током интервенције, с) Шине за монтажу опреме д) Ножна папучица за флуороскопију и аквизицију слике		
3.	Високонапонски генератор		
3.1.	Високофреквентни микропроцесорски контролисан генератор		
3.2.	Снага генератора минимално 100 kW		
3.3.	Заштита од прегревања цеви		
3.4.	Континуиран приказ преосталог слободног капацитета цеви или одговарајућа метода упозорења о прегревању цеви		
4.	Рендгенска цев и колиматор		
4.1.	Број фокуса цеви, најмање два		
4.2.	Величина најмањег фокуса треба да је једнака или мања од 0,5 мм		
4.3.	Топлотни капацитет аноде мора бити минимално 5 MJU		
4.4.	Брзина хлађења аноде мора бити минимално 1.5 MJU/мин		
4.5.	Систем треба да је опремљен са мануелном правоуганом блендом		
4.6.	Систем треба да је опремљен са семитранспарентном блендом, која се помера независно од правоугаоне бленде.		
4.7.	Систем треба да је опремљен Си филтерима за побољшање квалитета зрачног снопа		
4.8.	Систем треба да поседује технику којом је могуће позиционирати колиматорске елементе без зрачења на LIH, тзв. виртуелну колимацију		
4.9.	Технологија за редукцију дозе на принципу Grid pulsed или Grid switch флуороскопије или одговарајуће.		
5.	Flet panel детектор		
5.1	Активна површина од најмање 17.7цм x 17.7цм до највише 25цмx25цм		
5.2	Величина пиксела највише 200 μ m		
5.3	DQE, најмање 75% при 0 Lp/mm (RQA 5)		
5.4	Број видних поља не сме бити мањи од 4		
5.5	Дубина дигитализације (ниво сиве скале) најмање 14 бита		
5.6	Уклоњива решетка против расејаног зрачења		
5.7	Аквизициона матрица величине најмање 1024 x 1024 са највећом брзином од најмање 30 fps		
6.	Дигитални систем		
6.1.	Дигитална пулсна флуороскопија са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 fps и са мин. једном брзином вредности мање од 7.5 fps, најмање 12 бита		

6.2.	LIH (Last Image Hold)		
6.3.	Аутоматско позиционирање Ц-лука на основу изабране референтне слике		
6.4.	Могућност архивирања флуороскопске секвенце у DICOM формату (Fluoro Loop или одговарајуће)		
6.5.	Дигитална ангиографија са могућношћу избора мин. три брзине: 7.5, 15 и 30 fps и са мин. једном брзином вредности мање од 7.5 fps, најмање 12 бита		
6.6.	Анализа коронарних крвних судова и степена стенозе (QCA)		
6.7.	Анализа леве срчане коморе (LVA)		
6.8.	Унапређена визуелизација коронарног стента (Stentboost, Clearstent или одговарајуће)		
6.9.	Унапређена визуелизација коронарног стента којом се приказују и јасно виде детаљне структуре стента у реалном времену (real-time) током интервентне коронарне процедуре и то он-лине са приказом слике на референтном монитору, визуелизација траје све док оператер држи притиснуту ножну папучицу (Clearstent Live, Stentboost Live или одговарајуће)		
6.10.	3D аквизиција са ротационом ангиографијом, највећа брзина ротације од најмање 40°/секунди		
6.11.	Систем мора поседовати технологију за редукцију дозе уз истовремено унапређење квалитета слике		
6.12.	Могућност приказа најмање 1 физиолошког сигнала у току аквизиције на монитору живе слике		
6.13.	ЕКГ (Р-таласом) тригерована пулсна флуороскопија или аквизиција која смањује утицај померања на квалитет слике код коронарних интервенција		
6.14.	Аквизициона конзола у контролној соби са два монитора величине дијагонале екрана од најмање 19" треба да се користи за уношење података о пацијенту и приказ живе и референтне слике.		
6.15.	Капацитет система треба да је најмање 50.000 слика формата 1024 x 1024 пиксела, најмање 10 бита		
6.16.	Умрежавање, повезивање, документација по DICOM 3.0 протоколу: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Modality Worklist DICOM Radiation Dose Structured Report		
6.17.	Плафонски носач у соби за прегледе са једним великим LCD/TFT монитором величине дијагонале екрана најмање 58", који може приказати: • приказ жива слике, • приказ референтне слике, • приказ слика са хемодинамског система, дијагностичке радне станице и са других дијагностичких уређаја (СТ, MR и других) и са могућношћу ЖИВОГ (real time) приказа слика са других дијагностичких уређаја (ултразвук, OCT, IVUS, OFDI) и избором приказа са најмање 8 улазних видео сигнала.		
6.18.	Интерфонска веза (комуникација) оператера за пацијент столом са контролном собом		
7.	Систем за хемодинамска мерења		
7.1.	Систем за комплетно хемодинамско снимање са базом пацијената за све врсте прегледа са црно-белим ласерским штампачем, интегрисан са ангиографском салом (рендгенски подаци из сале доступни хемодинамском систему)		
7.2.	Систем треба да садржи следеће модуле: • 12 канални површински ЕКГ (10 електрода) • за мерење инвазивног притиска (IBP), најмање 4 канала • SpO2 • CO (Cardiac Output) • за мерење неинвазивног притиска (NBP)		
7.3.	Систем омогућава аутоматска мерења површина валвула, "Pull Back" притиска и мерења површина или протока shunt-ова		

7.4.	Најмање два (2) монитора у контролној соби величине дијагонале екрана најмање 19`` и омогућен приказ на великом монитору у соби за прегледе		
7.5	Омогућена FFR интеграција у систем за хемодинамска мерења (приказ FFR на хемодинамском монитору и архивирање са хемодинамским параметрима) и компатибилност са FFR катетерима најмање два од следећих произвођача Boston Scientific, St. Jude Medical, Volcano и Acist		
7.6	Умрежавање, повезивање по DICOM 3.0 протоколу: DICOM Modality Worklist		
8.	ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА СА НАПРЕДНИМ 3D ФУНКЦИЈАМА		
8.1	Дијагностичка радна станица са сопственом базом података за приказ, преглед и постпроцесорску обраду слика. Приказ слике мора бити омогућен и на монитору у соби за прегледе.		
8.2	Најмање (1) LCD монитор са величином дијагонале екрана од најмање 19 инча		
8.3	MIP, MPR, VRT (volume rendering) 3D слика са CT, MR или 3D слика добијених са самог ангио уређаја		
8.4	3D алгоритам реконструкције слика добијених из ангио сале који омогућава приказ високо контрастних слика		
8.5	Фузија 3D слика са CT, MR или 3D слика добијених са самог ангио уређаја		
8.6	3D Roadmap апликација за TAVI процедуре (syngo Aortic Valve Guidance, HeartNavigator или одговарајуће) која омогућава аутоматску сегментацију лука аорте са 3D слике добијене на самом ангио уређају или са импортоване CT слике и приказ фузионисане аутоматски сегментиране слике са анатомски означеним annulusom у реалном времену на живој слици омогућава оптималну ангулацију Ц лука за добијање перпендикуларног приказа annulusa, тако да оператер има све време навођење у реалном времену на живој слици		
8.7	CD/DVD уређај за архивирање слика у DICOM формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewer-a		
8.8	Умрежавање, повезивање, документација по DICOM 3.0 протоколу: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve		
9.	ДОДАТНА ОПРЕМА		
9.1	Заштита од зрачења: плафонски монтирано заштитно стакло на шини за заштиту горњег дела тела еквивалент олова 0.5мм и оловне траке монтиране на столу за заштиту доњег дела тела еквивалент олова 0.5мм		
9.2	Плафонски монтирана LED лампа интензитета најмање 60.000 Lux-a		
9.3	Интегрисан IVUS са FFR на пацијент столу са приказом слике на великом монитору ангио сале		

II У делу 2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., на страни 11 под 2) 4) рок испоруке/извршења, после речи „у року до 90 календарских дана“ додају се речи: **„од дана уплате аванса“.**

III У делу 8) Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 84 под 9.2. Рок испоруке/извршења, после речи „до 90 календарских дана“ додају се речи: **„од дана уплате аванса“.**

IV У делу 8) Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 84 под 9.2. Рок испоруке/извршења, после речи „до 90 календарских дана“ додају се речи: **„од дана уплате аванса“.**

V У прилогу је дат нови модел уговора са имплементираним изменама из Додатних појашњења број 2778-8 од 9.11.2018. године (тачка 10 и 11).

VI Измене и допуне Конкурсне документације ће без одлагања бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише, овери и врати Наручиоцу.

МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

УГОВОР

о јавној набавци добара – Дигитални ангиографски апарат за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца са извођењем радова на адаптацији простора, изработом пројекта изведеног стања, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“

Редни број ЈН-31/18

Закључен дана _____.2018*. године, у Ср. Каменици, између:

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

1. **Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица**, Пут доктора Голдмана 4 (у даљем тексту: Наручилац), који заступа директор проф. др Александар Реџек

и

2.

А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО

_____, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (у даљем тексту: Додављач) (Име, презиме и функција)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

_____,

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (у даљем тексту: Додављач)

(Име, презиме и функција)

Додављач је извршење јавне набавке делимично поверио Подизвођачу:

1. _____

_____,

(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (Име, презиме и функција)

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА су се на основу Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ 2018. године, а који је саставни део овог уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу

1. _____

_____,

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор _____ (у даљем тексту: Добављач)

(Име, презиме и функција)

2.

_____,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као _____ члан _____ групе _____ који _____ ће _____, _____ кога заступа _____ (члан групе понуђача)

(Име, презиме, функција)

3.

_____,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као _____ члан _____ групе _____
_____ (члан групе понуђача).

(Име, презиме, функција)

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

***попуњава понуђач**

Подаци о наручиоцу:

ПИБ:	100807232
Матични број:	8113645
Број рачуна:	840-513661-87
Телефон:	021/480-57-49
Факс:	021/66-22-152
Електронска адреса:	komercijala3@ikvbnv.ns.ac.rs

Подаци о добављачу*:

ПИБ:	
Матични број:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Факс:	
Електронска адреса:	

***попуњава понуђач**

Основ уговора*:

Број ЈН:	ЈН-31/18
Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа	22.10.2018. године
Број и датум одлуке о додели уговора:	(попуњава Наручилац приликом закључења уговора)
Понуда изабраног понуђача број _____ од _____.2018. године	

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка - Дигиталног ангиографског апарата за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца са извођењем радова на адаптацији простора, израдом пројекта изведеног стања, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“ (ЈН-31/18), у свему према Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији, прихваћеној понуди Понуђача број _____ од _____ 2018. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ од _____ 2018. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог уговора.

Добављач потврђује да је сагледао обим обавеза из става бр. 1 овог члана и потврђује да је исти довољан за извршење свих радова, услуга и испорука на такав начин да се обезбеди пуна функционалност и безбедност и употреба истих, без додатних захтева за вишком или непредвиђеним радовима и испорукама.

У духу претходног става, уговорне стране сагласно потврђују да према члану 640. Закона о облигационим односима, одредба „**кључ у руке**“ подразумева обавезу Додављача да изврши све радове и услуге потребне за функционалну и безбедну употребу опреме и објекта који су предмет овог уговора.

***попуњава понуђач**

ЦЕНА*

Члан 2.

Укупна цена добара која су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара.

Укупна цена радова са израдом пројекта изведеног стања, а који су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара, а у складу са Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства.

Укупна цена добара и радова који су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара.

Укупно уговорена цена је фиксна и неће подлегати променама ни из којих разлога.

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања привремене/окончане ситуације.

Уговорена цена из прихваћене Понуде је утврђена као цена у укупном износу, која је фиксна током реализације уговора и неће бити подложна променама из било ког разлога.

Уговорне стране су сагласне да цена обухвата вредност свих непредвиђених као и вишкова радова.

Уговорна цена укључује, извођење радова, израду пројекта изведеног стања, стручну инсталацију и стављање у функцију Дигиталног ангиографског апарата за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца, обуку особља на локацији Наручиоца, као и одржавање и поправке у уговореном гарантном року.

***попуњава понуђач**

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће уговорену цену из члана 2. став 3. овог уговора исплатити уплатом на рачун Додављача број _____, * који има код пословне банке _____ * на следећи начин:

- **100%** - авансно од укупно уговорене вредности, у року до 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог Уговора, након што Додављач преда Наручиоцу:

а) банкарску гаранције за повраћај авансног плаћања у висини примљеног аванса (100%),

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла,

в) изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о наменском коришћењу аванса и

г) авансни рачун оверен од стране Наручиоца који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. гласник РС", број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др. закон), 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 усклађени дин. изн. и 30/2018), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о набавци, јединицу мере са ценом, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве добара. Рачун се издаје у вредности од 100% уговорене вредности. Додављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

***попуњава понуђач**

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 4.

Добављач је дужан да преда Наручиоцу:

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, **банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања** (једну), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од 100% укупне уговорене цене са ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг);

Ако се за време трајања овог уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, **банкарску гаранцију за добро извршење посла** (једну), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;

- у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** (једну), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 (шездесет) дана дужи од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања кvara који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ПОДИЗВОЂАЧ/ПОДИЗВОЂАЧИ

Члан 5.*

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу _____ ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу _____ ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

Ако Додављач као подизвођача ангажује лице које није наведено у овом уговору, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би раскидом Уговора Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавестити организацију за заштиту конкуренције.*

*(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача).*

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Додављач се обавезује изведе радове на адаптацији простора, изради пројекат изведеног стања, испоручи и инсталира дигитални ангиографски апарат за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца у за то припремљене просторије Наручиоца, и изврши обуку запослених у просторијама Наручиоца у трајању од 5 радних дана, по систему „кључ у руке“, најкасније у року до _____ календарских дана (максимално до 90 календарских дана) од дана закључења уговора.

***попуњава понуђач**

Члан 7.

Продужење рока испоруке толеришаће се у случају више силе.

О датуму наступања, трајања и престанка више силе, додављач мора обавестити Наручиоца, без одлагања писменим путем.

Додављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за извођење радова и испоруку добара из члана 1. овог уговора. Приликом испоруке, Додављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Након пријаве почетка радова надлежном органу, Додављач је дужан да приступи извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова, као и радова свих инсталација на адаптацији просторија на предвиђеној локацији Наручиоца.

Обавеза Додављача је да изведе све радове предвиђене техничком документацијом као и непредвиђене и вишкове радова без права на промену уговорених цена и вредности истих.

Гарантни рок за изведене грађевинске радове, укључујући уграђене инсталације и техничку опрему (електроинсталације, инсталације за дојаву пожара, ПТТ, рачунарска мрежа са прикључцима, термотехничке инсталације, инсталације и постројења климатизације и вентилације, водовод, санитарије и канализација), је најмање _____* (најмање 2 (две) године) године, рачунајући од дана примопредаје изведених радова и потписивања Записника о истом.

***уписује понуђач**

Члан 9.

Додављач је дужан да:

- обавезе из овог уговора изврши савесно, на уговорен начин и у уговореном року;
- да пре почетка радова Решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог Решења достави Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана закључења овог уговора, као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради контроле уласка и изласка из објекта Наручиоца на прописан начин
- писаним путем обавести Наручиоца о наступању околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и сл.)
- приликом извршења обавеза обезбеди предузимање свих неопходних мера за безбедан и здрав рад, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања штете, као и заштиту запослених у складу за Законом о безбедности и здрављу на раду
- води грађевински дневник и грађевинску књигу, и да о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за чињенице
- обезбеди да опрема и материјал који се употребљавају за извршење обавеза одговарају опису радова и техничким нормативима

- да Наручиоцу достави све потребне доказе (атести, сертификати, декларација о усаглашености,...) о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује, а по потреби да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације
- да достави све доказе о пореклу опреме и материјала, као и сву другу документацију која прати увоз и уградњу опреме
- да пре испоруке опреме обезбеди сагласност Наручиоца на исту
- на захтев Наручиоца изврши непредвиђене радове, односно услуге које нису обухваћене и предвиђене техничком спецификацијом, а неопходне су за функционалност и безбедно коришћење опреме
- да део радова, испорука или услуга који не буду одговарали уговореном квалитету отклони о свом трошку, у разумном року који одреди Наручилац
- уколико Добављач не отклони недостатке у року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача и
- да по завршетку стављања опреме у функцију изврши прописана мерења и уради Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење извора јонизујућих зрачења и преда га Наручиоцу.

Члан 10.

Добављач предметних радова, у обавези је да изврши следеће активности и радове:

1. Да изради Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад, Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење извора јонизујућих зрачења, План превентивних мера, пројекат заштите од пожара
2. Да у име Наручиоца, о свом трошку, пре почетка извођења радова пријави надлежном органу почетак радова на објекту 8 (осам) дана пре почетка извођења радова и исходује грађевинску дозволу
3. Да изради детаљан динамички план извођења радова и исти достави Наручиоцу
4. Да управља извођењем радова на нивоу простора који се адаптира
5. Да води грађевинску документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме
6. Да, о свом трошку, отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
7. Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал
8. Да демонтира и уклони постојећи апарат у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09) и да достави Наручиоцу доказ да је исто извршено у складу са:
 - Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 114/2013)
 - Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 114/2013)
9. Да изради пројекат изведеног стања, односно унесе све евентуалне измене које се појаве у току грађења у један примерак техничке документације, на технички коректан и прописан начин без посебне накнаде;
10. Да обезбеди своје представнике и представнике подизвођача у раду Комисије за примопредају објекта;
11. Да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају објекта, у остављеном року;
12. Да након завршетка радова, а пре изласка Комисије за примопредају објекта, уклони депоновани материјал и механизацију, да одвезе шут на депонију и да изврши све радове рашчишћавања терена;
13. Да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуна изведених радова:
14. Да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
15. Да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.
16. Да обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Члан 11.

Добављач је обавезан да обезбеди о свом трошку:

1. Извођење свих припремних радова, уколико за истим постоји потреба
 2. Надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме
- Добављач сноси и све трошкове припадајућих административних такси.

Члан 12.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора над радовима извршиоцима који нису запослени у фирми која изводи радове.

Добављач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони о свом трошку пропусти које је стручни надзор евидентирао кроз грађевинским дневник.

Добављач је дужан да сваких 10 (десет) дана изврши, у присуству стручног надзора, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова и квалитета. О извршеним анализама, Добављач је дужан да сачини писани извештај, који потписује заједно са стручним надзором и који доставља Наручиоцу преко стручног надзора.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

Члан 13.

Уговорне стране се обавезују да по завршетку радова који су предмет овог уговора изврше примопредају истих и о томе сачине записник.

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац.

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује представник Наручиоца, Добављача, Одговорног извођача и стручни надзор.

Добављач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од стране комисије отклони недостатке уколико их има. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Добављача и Наручиоца.

Ако Добављач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе и да активира средство финансијског обезбеђења. Трошкови који у том случају настану падају на терет Добављача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Добављача ако Добављач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Добављачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Члан 14.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. После примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

За одговорност Добављача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе посебних узанси о грађењу.

Члан 15.

Обавеза Добављача је да изради пројектну документацију изведеног стања адаптације ради привођења намени простора, и то:

1. Архитектонско – грађевински пројекат
2. Пројекат хидротехничких инсталација (водовод и канализација)
3. Пројекат термотехничких инсталација
4. Пројекат медицинских гасова
5. Пројекат електро-енергетских инсталација (јака и слаба струја)
6. Пројекат заштита од пожара

При изради Пројектне документације изведеног стања дужан је поштовати сва начела која су утврђена Законом о безбедности и здравља на раду, коришћењу и одржавању простора из предмета јавне набавке, припадајућих инсталација и опреме за рад.

Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад и на исти прибавити сагласност Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење извора јонизујућих зрачења

Сва документација по обиму и садржини мора задовољити важеће прописе из области израде техничке документације, све прописе из области адаптације и санације објеката ове намене, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, Закона о заштити животне средине, Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и свих пратећих важећих прописа за предвиђене критеријуме.

Сви материјали, опрема и системи, аналитички, рачунски и са графичком документацијом морају бити прецизно дефинисани по питањима количина, техничких карактеристика и својства, квалитета и боја, начина уградње, а у складу са захтевима из конкурсне документације и изведеним радовима.

Пројекат се предаје Наручиоцу у 2 примерка у штампаној форми и у електронском облику на ЦД-у.

Члан 16.

Обавеза Додављача је да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања и то:

- архитектонско-грађевински пројекат, пројекте свих неопходних инсталација и постројења о извођењем радова на адаптацији – привођењу намени простора, монтажом и опремањем;

- при изради Пројектне документације поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и предвиди и прикаже све мере за безбедан рад, коришћење и одржавање простора из предмета јавне набавке, припадајућих инсталација и опреме за рад, као и да:

- изради пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад и на исти прибави сагласност, као и пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење извора јонизујућих зрачења

- изради пројекат заштите од пожара.

Сва документација по обиму и садржини мора задовољити важеће прописе из области израде техничке документације, све прописе за ове намене, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и свих пратећих важећих прописа.

ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА

Члан 17.

Наручилац се обавезује:

- да Додављачу преда простор предвиђен за адаптацију и снимање постојећег стања;
- да обезбеди Додављачу увид у расположиву постојећу техничку документацију постојећих система и инсталација на које се прикључују инсталације адаптираног простора

- да у року и благовремено изврши уплату аванса

- да обезбеди Надзор за извршење радова.

ИСПОРУКА, УГРАДЊА-ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ДИГИТАЛНОГ АНГИОГРАФСКОГ АПАРАТА ЗА НАПРЕДНЕ ИНТЕРВЕНТНЕ ПРОСЕДУРЕ И СТРУКТУРНЕ БОЛЕСТИ СРЦА

Члан 18.

Додављач је обавезан да испоручи дигитални ангиографски апарат за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца са техничким карактеристикама у складу са техничко-технолошким захтевима из конкурсне документације и техничкој спецификацији датој у понуди број_____

***уписује понуђач**

ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОСТАЛЕ СПЕЦИФИЧНЕ И НЕСПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ

Члан 19.

Обавеза Додављача је да, поред дигиталног ангиографског апарата за напредне кардиолошке интервентне процедуре и структурне болести срца, испоручи и угради или инсталира осталу специфичну и неспецифичну опрему и софтвере, која су детаљно специфицирани у конкурсној документацији, а у складу са важећим техничким прописима и важећим стандардима.

Члан 20.

Додављач ће квантитативну и квалитативну испоруку добара из члана 1. овог уговора извршити најкасније у року из члана 6. овог уговора.

Парцијална испорука добара је дозвољена. Додављач има право, с обзиром на специфичне захтеве уговорене опреме, да врши парцијалну испоруку у складу са технолошким захтевима и техничким карактеристикама уговорене опреме.

Наручилац и Додављач ће у писменој форми прецизирати датум и време појединих фаза испоруке, како би исте биле усаглашене са обавезом Додављача да изврше припремне радње пре испоруке.

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, додављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.

Додављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара из члана 1. овог уговора. Приликом испоруке, Додављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 21.

Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране сматра се да је извршена испорука предмета набавке, која је у свему квантитативно усаглашена са елементима и условима овог уговора.

Примопредаја ће се извршити у просторијама где ће се извршити инсталација предметне опреме.

Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуалну неусаглашеност, Наручилац у писаној форми доставља Додављачу рекламацију, без одлагања. Додављач је дужан да у најкраћем року отклони неусаглашеност.

Додављач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје најкасније 7 (седам) дана од дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће присуствовати примопредаји.

Додављач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони у року од 15 (петнаест) дана од дана утврђења, у супротном ће се сматрати да су обавезе по овом уговору извршене по истеку уговореног рока примењиваће се члан 27. овог Уговора - Уговорна казна.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ ОПРЕМЕ

Члан 22.

Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати подацима из понуде.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Додављач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Додављач мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкар.

Додављач је дужан да достави детаљну листу за сваку колету, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Додављач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члан 23.

Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране, сматра се да је извршена испорука предмета јавне набавке, која је у свему квантитативно и квалитативно усаглашена.

Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуална одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Добављач доставља уз робу, Наручилац ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана.

Члан 24.

Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком протоколу обавиће стручно лице са сертификатом произвођача опреме, уз присуство представника Наручиоца, одмах по пуштању у рад.

Члан 25.

Уколико Добављач не изврши испоруку добара у складу са овим уговором или не изврши замену у случају да се констатује квалитативна или квантитативна неусаглашеност, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете.

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке добара која су испоручена и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

ГАРАНТНИ РОК ОПРЕМЕ

Члан 26.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) износи ____ месеца.*

Добављач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након стављања у функцију добара из члана 1. овог уговора.

У оквиру укупног понуђеног гарантног рока добра која су предмет ове јавне набавке морају бити у функцији 365 дана у години, свих 24 (двадесетчетири) сата, са дозвољеним максималним прекидом од 18 (осамнаест) календарских дана у једној календарској години (365 дана). У случају да је уређај у квару више од 18 (осамнаест) календарских дана укупно током једне календарске године (365 дана) Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, осим у случајевима када добављач, код увоза резервних делова из иностранства, мора по важећим законским прописима да прибави сагласности, мишљења или решења за увоз резервних делова или рендгенске цеви за које је законом дефинисано време добијања сагласности од надлежних државних органа, с тим што је добављач дужан да наручиоцу достави адекватну документацију којом доказује да разлог прекорачења није његова кривица.

Понуђач је у обавези да непосредно пре истека гарантног рока уради детаљан превентивни сервис, без посебног позива Наручиоца.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац опреме је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

***(минимум 24 месеца)**

Члан 27.

Добављач је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

- а) Упутство за употребу на српском и енглеском језику у папирној и електронској форми
- б) Оверен гарантни лист
- ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 28.

Добављач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме и то:

А) Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Добављач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 5 (пет) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б) Постпродајно одржавање у гарантном року

Добављач је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Добављач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе и у року од 48 часова од момента пријаве кvara од стране Наручиоца приступити утврђивању и отклањању кvara, (без обзира на потврду пријема пријаве кvara путем електронске поште).

Добављач је дужан да у року од најдуже 10 дана од момента пријаве кvara од стране Наручиоца отклони квар.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву кvara опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац опреме је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

Добављач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В) Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Добављач је у обавези да најмање 5 (пет) година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Г. Upgrade и update:

Добављач је дужан да за време гарантног рока обезбеди, инсталира и имплементира Наручиоцу опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија које су бесплатне, односно које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у другим земљама Европе, а за оне који се плаћају достави благовремене информације и понуде са ценама и свим подацима таквих надоградњи (upgrade и update).

СЕРВИСНА ПОДРШКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 29.

Сервисери морају имати сертификат о обучености за одржавање понуђеног добра на име сервисера или оригиналну изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу, или регионалног представника произвођача, да су обучени и оспособљени за сервисирање понуђених добара.

Сервисери морају имати сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења који издаје овлашћено правно лице са списка овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, на име сервисера. Овлашћени сервис за сервирање предметне опреме мора имати лиценцу надлежне институције за сервисирање уређаја који производе јонизујућа зрачења.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 30.

Добављач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад, обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом која је предмет ове јавне набавке у трајању од минимум 5 (пет) радних дана, коју води стручно лице Добављача или произвођача са сертификатом произвођача опреме, након које је дужан да медицинском особљу изда сертификат о завршеној обуци.

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора доставити Добављачу податке о лицима које ће бити одговорна за координацију обуке.

УГОВОРНА НЕУСАГЛАШЕНОСТ

Члан 31.

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке добара која су испоручена и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 32.

Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Наручилацу плати уговорну казну и то:

- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене.

- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 6. став 1. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 7. став 1. и члана 28. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде директне штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача, Наручилац без посебног саопштења и обавештавања Добављача, задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорне казне.

Наплата уговорне казне из овог члана спровешће се наплатом банкарске гаранције.

ВИША СИЛА

Члан 33.

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања обавесте писменим путем другу уговорну страну.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем, тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

СПОРОВИ

Члан 34.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 35.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора, да је другој уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није отклонила неусаглашености или их није отклонила на задовољавајући начин и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. У случају раскида уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 36.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача и важи до испуњења свих уговорних обавеза, узимајући у обзир и гарантни рок.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 38.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА
