



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред.бр.ЈНОПОС-21/18
Бр.1626-4
Датум: 05.07.2018.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈНОПОС-21/18 – Хируршки шавни материјал

Дана 02.07.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку **ЈНОПОС-21/18 – Хируршки шавни материјал**, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

- “ 1. За **партију 1** тражена дужина конца је 75 цм, да ли прихватате дужину конца 90 цм?
2. За **партију 7** тражена дужина игле је 9 мм, да ли прихватате дужину игле 10 мм?
3. За **партију 9** ставка 2 тражена дужина игле је 40 мм, да ли прихватате дужину игле 36 мм?
4. За **партију 9** ставка 3 тражена дужина игле је 6,5 мм, да ли прихватате дужину игле 6,4 мм?
5. За **партију 19** тражена дужина игле је 25 мм, да ли прихватате дужину игле 26 мм?”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:

1. Наручилац ће прихватити дужину конца од 90 цм. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
2. Наручилац ће прихвати дужину игле од 10 мм. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
3. Наручилац неће прихвати дужину игле од 36 мм.
4. Наручилац неће прихвати дужину игле од 6,4 мм.
5. Наручилац ће прихвати дужину игле од 26 мм. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку