



JNOP-26/14  
Broj: 2350-6  
Datum: 15.08.2014.  
Sr. Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 2350-1/14 od 28.07.2014. godine sačinila je

## DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNU NABAVKU DEZINFEKCIJONA SREDSTVA JNOP-26/14

Dana 13.08.2014. godine primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – dezinfekcionalna sredstva oblikovana po partijama od 1 do 2, JNOP-26/14 u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja:

1. „U Konkursnoj dokumentaciji naručilac je PARTIJU 2 propisao predmet javne nabavke prema sledećem:

**Na strani 4 : Partija br. 2 „Alkoholni dezinficijens za hiruršku dezinfekciju ruku“**

**Na strana 6 : „Alkoholni dezinficijens za hiruršku dezinfekciju ruku 24455000 sredstva za dezinfekciju“**

**Na strana 8 „vrsta tehničke karakteristike (specifikacija)“:**

**Partija br.2 „Tečni alkoholni dezinficijens za hiruršku dezinfekciju kože ruku, na bazi kombinacije alkohola i fenol derivata, testiran u skladu sa metodom EN 12791 ili odgovarajuće, i EN 1500 ili odgovarajuće. \*\*\*\*\* lit 1700**

**Na strani 21:**

Partija br 2 „Alkoholni dezinficijens za hiruršku dezinfekciju ruku“

**POJASNITE:** Da li ponuđači mogu ponuditi kao odgovarajuće sredstvo identične namene, definisano u skladu sa EN 1500 i EN 12791 a koje je na bazi alkohola? Zašto je za naručioca, značajno da ponuđeno sredstvo bude „kombinacije alkohola i fenol derivata,“ zainteresovanim licima je nejasno u kojoj srazmeri (naprimer 50% alkohol, 50% fenol ili već...), pojasnite. Ako ne dozvolite ponudu odgovarajućeg sredstva povredićete načelo konkurenциje što vam sigurno nije cilj.

2. U konkursnoj dokumentaciji niste propisali prihvatljivo pakovanje sredstva koje nabavljate po partiji 2. (naprimer prihvatljivo pakovanje minimum 1 L, a maksimum 5 L, ili već).

**Imajući u vidu da na ponuđenu cenu utiče i pakovanje molimo:**

**POJASNITE:** Precizirajte minimalno i maksimalno prihvatljivo pakovanje predmeta nabavke po partiji 2. Pošto je isporuka sukcesivna.

3. Na strani 8 Konkursne dokumentacije pod tačkom 3)2) propisano je:

„Ponuda za svaku partiju mora u svemu da odgovara zahtevima definisanim od strane Naručioca. U slučaju da i jedan deo ponude bude mimo zahteva Naručioca, ponuda se odbija. Naručilac će izvršiti proveru usklađenosti ponuđenih dobara za zahtevima iz konkursnedokumentacije.“

**POJASNITE:** Na koji način će naručilac proveravati usklađenost ponuđenih dobara, na osnovu kojih merljivih parametara, da provera ne bude paušalna ocena?

4. Na strani 9 Konkursne dokumentacije pod tačkom 3)3) propisano je:

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenog dobra na mestu prijema, tokom, i posle isporuke, sa pravom da uzorke dobara dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.“

**POJASNITE:** Koje lice vrši uzorkovanje i kako po kojim pravilima, odnosno da li uzorkovanju prisustvuje i predstavnik isporučioca (ponuđača).

5. Na strani 9 Konkursne dokumentacije propisan je zahtev naručioca propisano je da naručilac zahteva dostavljanje uzoraka po partijama u količinama:

**„Partija br 2. - 1 komad( orginalno pakovanje)**

Dostavljeni uzorci moraju da budu novi, neupotrebljavani i isključivo u originalnom pakovanju proizvođača. Komisija naručioca će izvršiti stručnu ocenu dostavljenih uzorka na mestu upotrebe i o tome sačiniti izveštaj. Komisija naručioca će prilikom probnog korišćenja imati u vidu naročito da li primena dostavljenih uzoraka omogućava neometan, siguran radu u operacionoj Sali i intenzivnoj nezi. Ukoliko komisija naručioca utvrdi da ponuđač uz svoju ponudu nije dostavio uzorce prema zahtevu naručioca, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Ukoliko komisija naručioca utvrdi da je ponuđač uz svoju ponudu dostavio uzorce koji nisu u skladu sa zahtevom iz konkursne dokumentacije, njegova ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

**Ukoliko ponuđač uz svoju ponudu dostavi uzorce koji se prilikom probnog korišćenja pokažu kao neodgovarajući, odnosno onemogućavaju neometan, siguran rad osoblja operacionoj sali, intenzivnoj nezi, na odeljenjima ili ugrožavaju život pacijenta na ma koji način, njegova ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.**

**POJASNITE:** Način na koji će komisija naručioca onjektivno ceniti da li je uzorak za partiju 2. odgovarajući ili ne, a da ocena ne bude subjektivna?

Dostavljanje samo jednog uzorka ne omogućava naknadnu proveru ocenjivanja ako se za to ukaže potreba. U tom smislu celishodno je dostavljanje dva komada istovetnog pakovanja, od kojih jedno pakovanje koristi komisija pri oceni a drugo pakovanje će poslužiti za proveru objektivnosti ocenjivanja ako se za to ukaže potreba.

Ocenjivanje uzoraka bez prava na naknadnu proveru u slučaju potrebe, može biti dovedeno u pitanje, a to nije u interesu kako naručioca tako ni ponuđača?

6. Na strani 26 Konkursne dokumentacije pod tačkom 189 naveden je kriterijum „najniža ponuđena cena“.

**POJASNITE:** Da li je i za partiju 2. Kriterijum za vrednovanje „najniža ponuđena cena“ i koja – jedinična (po litru) bez PDV-a ili ukupna vrednost bez PDV-a koja je proizvod jedinične cene (po litru) i količine ( lit 1700 )

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenja na postavljena pitanja:

1. Naručilac je Konkursnom dokumentacijom definisao svoje potrebe za predmetnim dobrom...“na bazi kombinacije alkohola i fenol derivata...“.Sve drugo što se ponudi, a nije u skladu sa zahtevom iz Konkursne dokumentacije biće neodgovarajuće.

Prilikom određivanja dobra za potrebe Naručioca u okviru Partije 2. Naručilac se prevashodno rukovodio svojim objektivnim potrebama i namenom dobra, koje se, kada se koristi, shodno planu hirurške dezinfekcije ruku, pokazalo u dugogodišnjoj praksi Naručioca odlično u prevenciji intrahospitalnih infekcija, što je jedan od najvažnijih ciljeva zdravstvene zaštite radi smanjenja mogućeg broja smrtnih slučajeva kod pacijenata.

Kako na tržištu Republike Srbije postoje proizvodi koji imaju istovetnu kombinaciju alkohola i fenola, Naručilac je mišljenja da nema potrebe za pojašnjanjem srazmere kombinacije alkohola i fenol derivata u zahtevanom dobru koje je predmet nabavke.

Shodno odredbama ZJN svaki naručilac ima zakonsku obavezu da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju. Međutim, s druge strane svaki konkretan postupak javne nabavke sprovodi se u cilju zadovoljenja objektivnih potreba naručioca, a na osnovu Konkursne dokumentacije kojom se definišu zahtevi koji odgovaraju takvim potrebama. Obaveza obezbeđenja što je moguće veće konkurencije se ne može tumačiti na način koji podrazumeva obavezu naručioca da svakom zanteresovanom licu omogući učešće u postupku javne nabavke, ne vodeći pritom računa o svrsi javne nabavke, kao ni o kvalitetu dobara koja su predmet iste, tako da u konkretnom slučaju Naručilac smatra da se ne povređuje načelo konkurencije. U prilog ovome je i činjenica da u Republici Srbiji ima, prema saznanjima Naručioca, više ponuđača za promet dobrom koje je predmet konkretne nabavke.

2. Minimalno prihvatljivo pakovanje je 1 l, a maksimalno prihvatljivo pakovanje je 2 l.

3. U delu 3) Konkursne dokumentacije tačke 3)1) i 3)6) Naručilac je definisao koja dokumenta ponuđač treba da dostavi uz ponudu za ponuđeno dobro, kao i obavezu dostavljanja uzorka ponuđenog dobra. Na osnovu priloženih dokumenata, uzorka i same ponude iz koje će se videti koje je tačno dobro nudi, Naručilac će izvršiti proveru uključenosti ponuđenog dobra sa zahtevima iz Konkursne dokumentacije.

4. Članom 4. Modela ugovora regulisano je da kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i prijem dobara prilikom svake pojedinačne isporuke predstavnik Naručioca će vršiti uz prisustvo predstavnika Isporučioca, na mestu istovara odnosno isporuke dobara. Ukoliko se ukaže potreba za uzorkovanjem, uzorkovanje vrši glavna sestra operacionog bloka u aseptičnim uslovima.

5. Uzorci kod kojih se prilikom probnog korišćenja utvrde određene nepravilnosti, kao što su crvenilo, svrab i alregijske reakcije na koži ruku prilikom upotrebe (pre i nakon stavljanja sterilnih hirurških rukavica sa talkom) biće odbijeni kao neodgovarajući. Uzorak će isporobati 6 osoba zaposlenih u operacionoj sali, a koje svakodnevno koriste sredstvo za dezinfekciju ruku. Ocena će se smatrati objektivnom, ukoliko se nepravilnosti ponove kod najmanje 3 osobe.

Odgovor na drugi deo pitanja nalazi se u Izmenama i dopunama konkursne dokumentacije broj 2350-5, objavljenim 15.08.2014. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

6. U pitanju je ukupna vrednost bez PDV-a koja je proizvod jedinične cene (po litru) i količine (lit 1.700).

Navedeno dodatno pojašnjenje će bez odlaganja biti poslato zainteresovanom licu, objavljeno na Portalu javnih nabavki i na Internet stranici naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Mr.ph Andrea Sakalaš, predsednik