



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-17/17
Број: 1690-7
Датум: 26.6.2017.
Сремска Каменица

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1690-7 од 22.6.2017. године, директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине донео је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ред. бр. ЈН-17/17 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Уговор о јавној набавци добара – ЈН-17/17 – Медицинска опрема, обликована по партијама од 1 до 4 и то:

Број партије	Назив Партије
Партија бр: 1	Кисеоничке терапије
Партија бр: 2	Ларингоскопи
Партија бр: 3	Заштитна опрема од јонизујућег зрачења
Партија бр: 4	Диоптријске заштитне наочаре од јонизујућег зрачења

по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, дана 17.05.2017. године, додељује се следећим понуђачу:

Партија бр: 1- Кисеоничке терапије:

ДРАГЕР ТЕХНИКА д.о.о. Београд, Данијелова бр.12-16
Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 2- Ларингоскопи:

ПТП ИНЕЛ д.о.о. Нови Сад, Позоришни трг бр.4
Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 3- Заштитна опрема од јонизујућег зрачења:

ИОН д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина бр.11
Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 4- Диоптријске заштитне наочаре од јонизујућег зрачења:

ИОН д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина бр.11
Понуђач је понуду поднео самостално

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење

Наручилац је дана 16.05.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 1690.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и порталу „Службеног гласника РС“ дана 17.5.2017. године.

Благовремено, тј. до дана 16.6.2017. године до 09:00 часова, примљено је укупно 5 понуда од следећих понуђача:

Редни бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Сат	Понуда благовремена
1	2023	ДРАГЕР ТЕХНИКА Д.О.О. Данијелова бр.12-16 11000 Београд	15.06.2017.	08.20	ДА
2	2032	ДЕЛТА НАИССА Д.О.О. IX Бригаде бр.39А 18000 Ниш	15.06.2017.	09.15	ДА
3	2033	МЕДИКОМ Д.О.О. Поцерска бр.3 15000 шабац	15.06.2017.	09.20	ДА
4	2036	ПТП ИНЕЛ Д.О.О. Позоришни трг бр.4 21000 Нови Сад	15.06.2017.	13.00	ДА
5	2042	ИОН Д.О.О. Бул.Михајла Пупина бр.11 11070 Београд	16.06.2017.	08.30	ДА

Неблаговремених понуда нема.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 1690-5 дана 16.6.2017. године и сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 1690-6 од 22.6.2017. године.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1.Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра – **МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**, обликована по партијама од 1 до 4 и то:

Број партије	Назив Партије
Партија бр: 1	Кисеоничке терапије
Партија бр: 2	Ларингоскопи
Партија бр: 3	Заштитна опрема од јонизујућег зрачења
Партија бр: 4	Диоптријске заштитне наочаре од јонизујућег зрачења

Ознака и назив из Општег речника набавки: **33100000 – Медицинска опрема** (р.б. из плана набавки 1.1.49, 1.1.51).

2. Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност јавне набавке без пдв-а, износи **1.238.460,00 динара** без пдв-а, и то по партијама:

Бр. партије	Вредност без пдв-а
Партија 1	510.000,00 дин
Партија 2	279.080,00 дин
Партија 3	379.380,00 дин
Партија 4	70.000,00 дин

3. Основни подаци о понуђачима:

За јавну набавку добара ред.број **ЈН-17/17 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА** поднето је укупно 5 понуда од следећих понуђача:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Драгер техника трговина и сервисирање д.о.о.
Скраћено пословно име:	Драгер техника д.о.о.
Правна форма:	д.о.о.
ПИБ:	100345259
Матични број:	07528574
Законски заступник:	Предраг Гвоић
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Друштво са ограниченом одговорношћу за медицински консалтинг, менаџмент и снабдевање ДЕЛТА НАИСА
Скраћено пословно име:	Делта Наиса д.о.о.
Правна форма:	д.о.о.
ПИБ:	100663417
Матични број:	17364570
Законски заступник:	Горан Стојановић
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Производно трговинско предузеће ИНЕЛ д.о.о. Нови Сад

Скраћено пословно име:	ПТП ИНЕЛ д.о.о. Нови Сад
Правна форма:	д.о.о.
ПИБ:	100236830
Матични број:	08308721
Законски заступник:	Дамир Петрић
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Друштво за спољну и унутрашњу трговину МЕДИКОМ д.о.о. Шабац
Скраћено пословно име:	МЕДИКОМ д.о.о. ШАБАЦ
Правна форма:	д.о.о.
ПИБ:	100126308
Матични број:	07595166
Законски заступник:	Предраг Василић
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Предузеће за производњу, трговину и услуге ИОН д.о.о. Београд
Скраћено пословно име:	ИОН д.о.о. Београд
Правна форма:	Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ:	100286257
Матични број:	17303309
Законски заступник:	Даница Јовановић

4.Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање због битних недостатака из члана 106. ЗЈН и понуђена цена тих понуда:

1. Понуда ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш:

бр. понуде 1406-17 од 14.6.2017. године, заведена код наручиоца под бројем 2032 од 15.6.2017. године:

- Понуђена цена 196.000,00 динара без пдв-а
- Понуда је дата: самостално
- Рок важења понуде је 61 дан од дана отварања понуда
- Рок испоруке: 20 дана од пријема захтева наручиоца

- Место испоруке: fco Купац
- Рок плаћања: 7 дана од дана испоруке и фактурисања
- Гарантни рок: 24 месеци
- Одзив на сервисну интервенцију у гарантном року: 24 часа од пријема позива

Понуђено добро:

Назив	Јединица мере	Количина	Цена по ЈМ без пдв-а	Укупна вредност без пдв-а	Модел	Произвођач
Ларингоскоп	ком	4	49.000,00	196.000,00	FoLed Handle Macintosh FO Melalight (No.3,4 i 5) blades	KaWe

Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-02-1060-12-001 од 16.10.2012. године.

1. Laringoscop Blades Model: 03.12010.602-03.43124.632

2. Laringoscop Handel Tip: Medium

Носилац решења је предузеће ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш.

Произвођач понуђених добара је: KIRCHNER & WILHEM GmbH+Co.KG, Eberhardstrasse 56, 71679, Asperg, Немачка.

Производно место: KIRCHNER & WILHEM GmbH+Co.KG, Eberhardstrasse 56, 71679, Asperg, Немачка.

Током вршења стручне оцене понуде, Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке увидела је следеће неправилности код понуђеног добра:

1. Наручилац је за партију бр.2 – Ларингоскопи у делу 2)1) **врста техничке карактеристике (спецификација) под тачком 1.1.8. прописао век трајања сијалице минимум 100.000 радних сати.** Увидом у каталог понуђача ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш, Комисија је утврдила да је понуђен век трајања сијалице **50.000 радних сати.**

2. Наручилац је за партију бр.2 – Ларингоскопи у делу 2)1) **врста техничке карактеристике (спецификација) под тачком 1.2. за шпатулу број 3 McIntosh – прописао димензију 135 mm дужина целе шпатуле x 114 mm дужина шпатуле од врха до дршке x 14,5 mm висина шпатуле без дршке, са дозвољеним одступањем димензија од 5%.** Увидом у каталог понуђача ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш, Комисија је утврдила да је **понуђена димензија за шпатулу број 3 McIntosh 135 mm дужина целе шпатуле x 18 mm висина шпатуле без дршке која је 18% већа од максималног дозвољеног одступања које износи 15,2 mm.**

3. Наручилац је за партију бр.2 – Ларингоскопи у делу 2)1) **врста техничке карактеристике (спецификација) под тачком 1.3. за шпатулу број 4 McIntosh – прописао димензију 155 mm дужина целе шпатуле x 132 mm дужина шпатуле од врха до дршке x 14,5 mm висина шпатуле без дршке, са дозвољеним одступањем димензија од 5%.** Увидом у каталог понуђача ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш, Комисија је утврдила да је **понуђена димензија за шпатулу број 3 McIntosh 155 mm дужина целе шпатуле x 18 mm висина шпатуле без дршке која је 18% већа од максималног дозвољеног одступања које износи 15,2 mm.**

4. Наручилац је за партију бр.2 – Ларингоскопи у делу 2)1) **врста техничке карактеристике (спецификација) под тачком 1.4. за шпатулу број 5 McIntosh – прописао димензију 178 mm дужина целе шпатуле x 155 mm дужина шпатуле од врха до дршке x 14,5 mm висина шпатуле без дршке, са дозвољеним одступањем димензија од 5%.** Увидом у каталог понуђача ДЕЛТА НАИСА д.о.о. Ниш, Комисија је утврдила да је **понуђена димензија шпатулу број 3 McIntosh 135 mm дужина целе патуле x 20 mm висина шпатуле без дршке која је 32% већа од максималног дозвољеног одступања које износи 15,2 mm.**

Из свега горе неведеног, понуда се одбија као неодговарајућа, у складу са прописаним условима из Конкурсне документације из тачке 2)1)2).

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /

6. Начин примене методологије оцене понуда:

Сходно делу 5) **Критеријуми за доделу уговора** тачка 5)1) Конкурсне документације за јавну набавку бр. **ЈН-17/17 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**, критеријум за доделу уговора је „**најнижа понуђена цена**“.

Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде:

Партија бр: 1- Кисеоничке терапије

Ред. бр.	Број понуде	Понуђач	Понуђена цена без пдв-а
1	2023	ДРАГЕР ТЕХНИКА д.о.о. Београд Данијелова бр.12-16	504.000,00 дин.

1. Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-01615-15-001 од 14.10.2015.г.
Модел: O2-Flow Meter са роком важења до 13.04.2020. године.
Носилац решења је предузеће ДРАГЕР ТЕХНИКА д.о.о. Београд.
Произвођач понуђених добара је: Dragerwerk AG&Co. KgaA, Moislinger Alle 53-55, 23542 Lubeck, Немачка
Производно место: Dragerwerk AG&Co. KgaA, Moislinger Alle 53-55, 23542 Lubeck, Немачка, Dragerwerk AG&Co. KgaA, Revalstrasse 1, 23560 Lubeck, Немачка

Партија бр: 2- Ларингоскопи

Ред. бр.	Број понуде	Понуђач	Понуђена цена без пдв-а
1	2036	ПТП ИНЕЛ д.о.о. Нови Сад Позоришни трг бр.4	278.080,00 дин.

1. Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-02-01534-14-001 од 03.12.2014.г.
Модел: Layngoscope, Model: 8040-8123; 8050-8133; 8060-8128; 8070-8138; 8080-8143; 8090-8153; 8100-8148; 8102-8158; 7040-7042; 7050-7052; 7060-7062; 7070-7072 са роком важности 03.12.2019. године.
Носилац решења је предузеће ПТП ИНЕЛ д.о.о Нови Сад.
Произвођач понуђених добара је: Rudolf Riester GmbH, Bruckstrase 31, 72417, Jungingen, Немачка.
Производно место: Rudolf Riester GmbH, Bruckstrase 31, 72417, Jungingen, Немачка.

Партија бр: 3- Заштитна опрема од јонизујућег зрачења

Ред. бр.	Број понуде	Понуђач	Понуђена цена без пдв-а
1	2042	ИОН д.о.о. Београд Бул.Михајла Пупина бр.11	325.072,00 дин.
2	2033	МЕДИКОМ д.о.о. Шабац Поцерска бр.3	350.000,00 дин.

Партија бр: 4- Диоптријске заштитне наочаре од јонизујућег зрачења

Ред. бр.	Број понуде	Понуђач	Понуђена цена без пдв-а
1	2042	ИОН д.о.о. Београд Бул. Михајла Пупина бр.11	69.000,00 дин.

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

Комисија констатује да су у поступку јавне набавке добара бр. ЈН–17/17 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликоване по партијама од 1 до 4, најповољнију понуду дали следећи понуђачи:

Партија бр: 1- Кисеоничке терапије:

ДРАГЕР ТЕХНИКА д.о.о. Београд, Данијелова бр.12-16

Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 2- Ларингоскопи:

ПТП ИНЕЛ д.о.о. Нови Сад, Позоришни трг бр.4

Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 3- Заштитна опрема од јонизујућег зрачења:

ИОН д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина бр.11

Понуђач је понуду поднео самостално

Партија бр: 4- Диоптријске заштитне наочаре од јонизујућег зрачења:

ИОН д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина бр.11

Понуђач је понуду поднео самостално

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

Доставити:

1. Архиви

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА


Проф. др Александар Реџек