



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈНОПОС-34/18
Број: 2946-4/18
Датум: 05.12.2018.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈНОПОС-34/18 – Медицински потрошни материјал, образована Решењем директора број 2946-1 од 08.11.2018. године,
припремила је

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОПОС-34/18

I У Конкурсној документацији на страни 7 од 69, мења се текст у табели Врста техничке карактеристике (спецификације) и гласи:

Партија бр.:1	Потрошни материјал за ЦТ	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	СИСТЕМ ЗА ПУМПУ, ВИШЕКРАТНА УПОТРЕБА ДО 24 X - ХД 2020 PUMP НОСЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ - 3 УЛАЗА ЗА СВАКУ БОЦУ ПОСЕБНО, А НА СВАКОМ ДА ПОСТОЈИ СЕНЗОР ЗА ЗАШТИТУ ОД УЛАСКА ВАЗДУХА У СИСТЕМ - ДА ПОСЕДУЈЕ ПАРТИКУЛАРНИ ФИЛТЕР, ЗА ПРОЧИШЋАВАЊЕ ОД ЧЕСТИЦА - ДА ПОСЕДУЈЕ ИНТЕГРИСАНУ КОМОРУ ЗА ПРИТИСАК, КОЈА АУТОМАТСКИ РЕГУЛИШЕ ПРИТИСАК ПРОТОКА ТЕЧНОСТИ И ОТПОРНОСТИ ОД ПАЦИЈЕНТА - ДА ПОСЕДУЈЕ ОТПОРНОСТ НА ПРИТИСАК ОД 16 БАРА, ДА ДО ТОГ ПРИТИСКА РЕГУЛИШЕ И СМАЊУЈЕ ПРИТИСАК ПО ПОТРЕБИ, А УКОЛИКО ЈЕ ПРИТИСАК У ЦРЕВУ И ОТПОРНОСТИ НА ВЕНУ ВЕЋИ, ДА ПРЕКИДА РАД - НЕ ЗАПАЉИВ - ЛАТЕКС РАСТЕЗЉИВ	не

2	ПАЦИЈЕНТ ЦРЕВО ДУЖИНЕ 150 цм, ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ - ХД 2035 РАТИЕНТ НОСЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ - ДА ПОСЕДУЈЕ 2 СИГУРНОСНА ВЕНТИЛА У ЦРЕВУ - ДА ПОСЕДУЈЕ ОТПОРНОСТ НА ПРИТИСАК ДО 16 БАРА, ДА ДО ТОГ ПРИТИСКА РЕГУЛИШЕ И СМАЊУЈЕ ПРИТИСАК ПО ПОТРЕБИ, А УКОЛИКО ЈЕ ПРИТИСАК У ЦРЕВУ И ОТПОРНОСТИ НА ВЕНУ ВЕЋИ, ДА ПРЕКИДА РАД - ДА ЈЕ КОМПАТИБИЛАН СА КОНТРАСТНИМ БОЦАМА БИЛО КОЈЕ ЗАПРЕМИНЕ - НЕ ЗАПАЉИВ ЛАТЕКС РАСТЕЗЉИВ	не
Партија бр.:2	Систем за давање кардиоплегијског раствора	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	СИСТЕМ ЗА ДАВАЊЕ КАРДИОПЛЕГИЈСКОГ РАСТВОРА	не
Партија бр.:3	Физиолошки раствор за испирање	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	NaCl 0,9% 500 мл, ПЛАСТИЧНА БОЦА - ШИРОКО ГРЛО СА ЗАВРТЊЕМ	не
Партија бр.:4	Ћебе за грејање пацијента	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	КОНВЕКТИВНО ЋЕБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НОРМОТЕРМИЈЕ И ГРЕЈАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА, БЕЗ ЛАТЕКСА, ДИМЕНЗИЈЕ 102 цм x 203 ЦМ	не
Партија бр.:5	Стерилна самолепљива инцизијска фолија за изолацију оперативног поља	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	СТЕРИЛНА САМОЛЕПЉИВА ИНЦИЗИЈСКА ФОЛИЈА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ ОПЕРАТИВНОГ ПОЉА, ДИМЕНЗИЈЕ ЛЕПЉИВОГ ДЕЛА ФОЛИЈЕ 60 цм x 85 цм, ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ ДУЖЕГ ДЕЛА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОСТОЈИ НЕЛЕПЉИВИ ДЕО, ШИРИНЕ НАЈМАЊЕ 10	не

	цм	
Партија бр.:6	Лигатура клипсеви од титанијума	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	ТИТАНИЈУМСКИ ЛИГА КЛИПС - МАЛИ	не
2	АПЛИКАТОР ЗА МАЛЕ КЛИПСЕВЕ	не
Партија бр.:7	Биокомпатибилан локални хируршки хемостатик	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	БИОКОМПАТИБИЛАН ЛОКАЛНИ ХИРУРШКИ ХЕМОСТАТИК, ХИДРОГЕЛ, САЧИЊЕН ОД 100% СИНТЕТИЧКИХ ПЕПТИДА, У ОБЛИКУ НАПУЊЕНОГ ШРИЦА ИСПУЊЕНОГ БИСТРИМ 2,5% ВОДЕНИМ ПЕПТИДНИМ РАСТВОРОМ ЗАПРЕМИНЕ 1 МЛ.	не
2	БИОКОМПАТИБИЛАН ЛОКАЛНИ ХИРУРШКИ ХЕМОСТАТИК, ХИДРОГЕЛ, САЧИЊЕН ОД 100% СИНТЕТИЧКИХ ПЕПТИДА, У ОБЛИКУ НАПУЊЕНОГ ШРИЦА ИСПУЊЕНОГ БИСТРИМ 2,5% ВОДЕНИМ ПЕПТИДНИМ РАСТВОРОМ ЗАПРЕМИНЕ 3 МЛ.	не
Партија бр.:8	Сет за перкутану трахеостомију	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	СЕТ ЗА ПЕРКУТАНУ ТРАХЕОСТОМИЈУ - БР. 24 КОЈИ САДРЖИ: -ТРАХЕАЛНУ КАНИЛУ 24 фр И БАЛОН КАТЕТЕР УВОДНИК ВИСОКОГ ПРИТИСКА ПУЊЕЊА КАО ДИЛАТАТОРОМ - ИНФЛАТОР СА МАНОМЕТРОМ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА ПРЕЦИЗНУ МАНИПУЛАЦИЈУ И СА КОНЕКТУЈУЋОМ ЦЕВИ СА МУШКИМ РОТИРАЈУЋИМ АДАПТЕРОМ - ЖИЦУ ВОДИЧ - ИГЛУ ЗА УВОЂЕЊЕ 18 Г - ДРЖАЧ ЗА ИГЛУ - ДИЛАТАТОР 14 ФР - СТЕРИЛНУ ПОКРИВКУ ЗА ВРАТ ПАЦИЈЕНТА, СА ОТВОРОМ ПРОМЕРА 8 цм - ВОДЕНИ ГЕЛ ЛУБРИКАНТ ЗА УВОЂЕЊЕ КАТЕТЕРА	не
Партија	ЕКГ грудне електроде	

бр.:9		
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	ЕКГ ГРУДНА ЕЛЕКТРОДА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ И ДУГОРОЧНЕ ПРОЦЕДУРЕ (ХОЛТЕР, ДУГОРОЧНО МОНИТОРИСАЊЕ, ЕРГОМЕТРИЈА), САМОЛЕПЉИВА, СА ГЕЛОМ, ПЕНАСТА ПОДЛОГА, ф 55 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ	не
2	ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ЕКГ ДИЈАГНОСТИКУ КОД МИРОВАЊА, ДИМЕНЗИЈЕ 22 мм x 34 мм	не
Партија бр.:10	Самолепљиве електроде за дефибрилатор Zoll М серије	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	САМОЛЕПЉИВЕ ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР ZOLL, М СЕРИЈЕ, STATRADZ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ.КОНЕКТОР КАБЛА ДЕФИБРИЛАЦИОНИХ ЕЛЕКТРОДА ИЗВАН СТЕРИЛНОГ ПАКОВАЊАЕЛЕКТРОДА СА МОГУЋНОШЋУ ПРЕ-КОНЕКТОВАЊА. ДУЖИНА КАБЛА МИН. 60 цм. ОПСЕГ ПРОВОДЉИВОСТИ КОД RACING-A МИН. 8x РОК ТРАЈАЊА МИН. 12 МЕСЕЦИ.	не
Партија бр.:11	Средство за затварање коже	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	НЕИНВАНЗИВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАТВАРАЊЕ КОЖЕ НАКОН ХИРУРШКИХ РЕЗОВА, ИЗРАЂЕН ОД ПОЛИМЕРНИХ МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈАЊА НА КОЖУ ХИДРОКОЛОИДНИМ ЛЕПКОМ, БЕЗ ЛАТЕКСА, ПОСЕДУЈЕ РЕВЕРЗИБИЛНО МИКРОПОДЕСИВО РЕМЕЊЕ ЗА ПРИБЛИЖАВАЊЕ ИВИЦА РАНА, ЗА ЗАТВАРАЊЕ РЕЗОВА ДО 24 ЦМ ДУЖИНЕ	не
Партија бр.:12	Неутрална електрода	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	НЕУТРАЛНА САМОЛЕПЉИВА ЕЛЕКТРОДА (СИНГЛЕ) ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ, ПОДЕЉЕНА, МИНИМАЛНА ДЕБЉИНА ГЕЛА 0,4 мм, МИНИМАЛНА ПОВРШИНА	не

	ЕЛЕКТРОДЕ 170 цм2, КОМПАТИБИЛНА СА УРЕЂАЈЕМ ERBE VIO I ICC	
Партија бр.:13	Абдоминални и торакални дрен	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	СИЛИККОНСКИ АБДОМИНАЛНИ ДРЕН СА РТГ КОНТРАСТНОМ ЛИНИЈОМ, СН 27 ИЛИ 28	не
2	ТОРАКАЛНИ ДРЕН БР. 28 ПРАВИ, ДУЖИНЕ 50 цм	не
Партија бр.:14	Биолошки лепак	
Р.бр.	Назив	Доставити узорак
1	ДВОКОМПОНЕНТНИ БИОЛОШКИ ЛЕПАК КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД 45% ПРЕЧИШЋЕНОГ ГОВЕЋЕГ АЛБУМИН СЕРУМА И 10% ГЛУТАРАЛДЕХИДА, МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ ПРИТИСАК ОД ПРЕКО 400ММХГ	не

II Измене Конкурсне документације без одлагања бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку