



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-06/19
Број: 591-1
Датум: 01.03.2019.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-06/19– Медицински потрошни материјал**

Дана 28.02.2019. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-06/19 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављено следеће питање:

Партија 45:

Молимо тендерску комисију да у складу са ЗЈН, прихвати и еквиваленте и обезбеди конкуренцију за партију бр: 45 -Антибактеријски и антивирусни филтери.

Молимо да потврдите да ће те прихватити за ставку 1 Филтер са највећим степеном филтрације ХЕПА класа 13, компресибилне запремине до 80мл, тидал волумен 300-1200мл?

Молимо да потврдите да ће те прихватити за ставку 2, Филтер тежине 31г, тидал волумен 150-1000мл?

Партија 81:

Молимо да потврдите да ће те прихватити ребрасти наставак- лулицу са са портом 3,5мм за сукцију, дужине 150мм?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За партију 45 наручилац прихвата све наведено.
2. За партију 81 наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
Порт од 3,5 мм за сукцију није прихватљив из разлога што се на ИКВБВ користе аспирациони катетери вел 14 и 16 чији промер је шири од 3,5 мм.
Дузина од 150 мм није прихватљива из разлога што је наручиоцу битно да лулица има подесив мртав простор (угао).

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку