



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
**REPUBLIKA SRBIJA**  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-06/19  
Број: 592-1  
Датум: 01.03.2019.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈНОПОС-06/19– Медицински потрошни материјал**

Дана 28.02.2019. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-06/19 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављено следеће питање:

1. Молимо Вас за појашњење партије број 18 - стерилне хируршке рукавице, а која се односи на јавну набавку број ЈНОПОС-06/19 - Медицински потрошни материјал.

Наиме, ни за једну ставку 1 - 8 није наведена дужина рукавице која се тражи у партији. Такође, с обзиром да су у питању стерилне рукавице, молимо Вас да нам наведете чиме се доказује да ли су рукавице прошле процес стерилизације. Такође Вас молимо за појашњење да ли је потребно доставити и тест на алергене протеине?

**На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:**

1. Дужина рукавице минимум 270 мм. Процес стерилизације је потребно доказати индикатором стерилизације на паковању и пропратном техничком документацијом (каталог и спецификација производа). Тест на алергене протеине је неопходно доставити за ставке 1-6. Ниво алергених протеина мора бити испод нивоа детекције <0.050 µг/г, што се доказује ФИТ кит тестом.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку**