



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



**Komisija za javnu nabavku
Red.br. JNOPOS-35/17**

Broj: 3015-7/17, Datum: 15.11.2017. godine
Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 3015-1/17
od 17.10.2017. godine
sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku medicinski potrošni materijal za
elektrofiziološka ispitivanja i ablacije
JNOPOS-35/17**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, JNOPOS-35/17 u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Da li je prihvatljivo da se za partiju 21 za stavku 1 dostavi uzorak za intradjuser od Fr 6, i za stavku 2 obturator od Fr 6 umesto od Fr 7, naročito imajući u vidu da se u samoj specifikaciji zahtevaju i napred navedene veličine od Fr 6?

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljena pitanja:

Nije prihvatljivo dostaviti uzorke u Fr6.

Fr7 uvodnik i obturator se najčešće koriste, i to je razlog zašto su konkursnom dokumentacijom zahtevani uzorci u Fr7.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU