



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE
BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JN-02/14
Broj: 484-4
Datum: 14.03.2014.
Sr. Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 484-1/14 od 20.02.2014. godine sačinila je

DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNU NABAVKU LABORATORIJSKI REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL JN-02/14

Dana 12.03.2014. godine primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – Laboratorijski reagensi i potrošni materijal, JN-02/14 u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku br. JNOP-02/14 - Laboratorijski reagensi i potrošni materijal, za partiju 11 - Vakum epruvete za uzorkovanje krvi:

1. Za stavku 1 – „Zatvoreni sistem za sedimentaciju“, u prilogu 1 – vrsta, tehničke karakteristike (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobara...ste naveli u opisu artikla „epruvete za određivanje sedimentacije eritrocita zapremine ne manje od 1,6ml“.

Da li se za ovu stavku mogu ponuditi epruvete čija je zapremina 1,5ml obzirom da je razlika u zapremini neznatna i ne utiče na pouzdanost dobijenih rezultata? Napominjemo da su epruvete od 1,5ml u prethodnom periodu korišćene u Vašoj ustanovi i nije bilo nikakvih reklamacija.

2. Stavka 3 je opisana kao „Zatvoreni sistem za koagulaciju 1,6ml“

Da li se misli na epruvete za koagulaciju sa duplim zidom koji sprečava isparavanje antikoagulansa i prodor vazduha u epruvetu čime je odnos krvi i antikoagulansa zagarantovan za sve vreme roka upotrebe epruvete obzirom na značaj određivanja koagulacionog statusa naročito za pacijente koji su na antikoagulantnoj terapiji i uzimaju lekove male terapijske širine kao i osetljivost koagulacionih testova koji zahtevaju kvalitetan uzorak plazme za testiranje?

Dodatno, epruvete za plazmu sa duplim zidom u prethodnom periodu korišćene u Vašoj ustanovi. U Vašoj tehničkoj specifikaciji navedena je koagulacija od 1,8ml. Prema našim saznanjima, epruvetu sa ovakvim tehničkim karakteristikama može ponuditi samo jedan ponuđač, što je suprotno sa čl.72 Zakona o javnim nabavkama. Molim Vas da nam odgovorite da li je za ovu partiju moguće ponuditi epruvetu od 2ml za koagulaciju koja je apsolutni ekvivalent epruveti od 1,8ml s tim što kod proizvoda našeg proizvođača 1,8ml je zapremina uzetog uzorka krvi, a 2ml je citrat. Napominjemo da ste epruvete od 2ml koristili u Vašem radu i da nikada nije bilo reklamacija.“

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljeno pitanje:

1. Da, može se ponuditi epruveta čija je zapremina 1,5ml.
2. Ne misli se na epruvete za koagulaciju sa duplim zidom, može da se ponudi epruveta od 2ml.

Navedeno dodatno pojašnjenje će bez odlaganja biti poslato zainteresovanom licu, objavljeno na Portalu javnih nabavki i na Internet stranici naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Jasna Radišić-Bosić
Mr.ph Jasna Radišić-Bosić, predsednik