



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-46/17
Број: 3703-1
Датум: 29.12.2017.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈН-46/17 – Медицински потрошни материјал**

Дана 27.12.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-46/17 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег је постављено следеће питање:

1. За партију 6 - Артеријски катетер сет:

Да ли је за наручиоца прихватљив Артеријски катетер сет произвођача Мерит Медицал Цритицал царе (ex Аргон) који садржи: иглу димензија 22Гх4цм; жичани водич 0.5х250мм; артеријски катетер 20Гх6цм?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За наручиоца није прихватљив артеријски катетер сет са наведеним карактеристикама, јер је у употреби игла од 20 Г показала бољу пенетрантност од игле димензије 22 Г.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку