



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE  
BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JH-08/16  
Број: 632-24  
Датум: 30.08.2016.  
Сремска Каменица

На основу члана 109. став 1 и 88 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) директор Института доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
РЕД. БР. ЈН-08/16 – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
- за партију број: 9 системи црева за анестезију и респираторе**

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара ЈН-08/16 – медицински потрошни материјал у отвореном поступку јавне набавке, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца 01.03.2016. године, и Порталу „Службеног гласника РС“ за партију бр. 9 – системи црева за анестезију и респираторе

Трошкови припреме и подношења понуде иду на терет понуђача.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Института за КВБ Војводине у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.

**Образложење:**

**1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица.  
[www.ikvbv.ns.ac.rs](http://www.ikvbv.ns.ac.rs)

**2. Врста наручиоца:** Здравство.

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** набавка добара – медицински потрошни материјал, партија број 9 системи црева за анестезију и респираторе у отвореном поступку јавне набавке; 33140000 - медицински потрошни материјал

**4. Процењена вредност јавне набавке за партију број 9:**

Процењена вредност јавне набавке без пдв-а за партију број 9 износи 3.909.800,00 дин.

**5. Број примљених понуда и основни подаци о понуђачима:**

Неблаговремених понуда за партију бр. 9 није било.

Благовремено, тј. до дана 17.03.2016. године до 11:00 часова, запримљено је 2 понуде и то:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ			
Пословно име:	“НЕОМЕДИЦА” д.о.о. за трговину и услуге, Нови Сад		
Скраћено пословно име:	“НЕОМЕДИЦА” д.о.о. Нови Сад		
Правна форма:	д.о.о.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Нови Сад	Нови Сад	Косовска 25

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ			
Пословно име:	„МЕДИСАЛ“ д.о.о. друштво за производњу, инжињеринг, сервис и продају, Београд		
Скраћено пословно име:	„МЕДИСАЛ“ д.о.о. Сурчин		
Правна форма:	д.о.о.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Сурчин	Београд	Скојевска 23

## **6. Разлог за обуставу поступка:**

Комисија за спровођење поступка јавне набавке извршила је стручну оцену понуда број 632-23 од 30.8.2016.г. у којој је навела:

### **-Понуда редни број 1. „Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25.**

br понуде 193-16 од 10.3.2016.г. заведена код наручиоца под бројем 978 од 17.03.2016.г.:

-Понуђена цена 3.542.600,00 динара без пдв.

-Понуда је самостална.

-Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда.

Комисија је по члану 90 став 2 ЗЈН дана од понуђача затражио изјашњење о продужења рока важења понуде.

Понуђач се 25.8.2016.г.сагласио за продужење понуде по непромењеним условима за партију број 9 до 25.10.2016.г.

-Рок испоруке: 1 дан од пријема захтева наручиоца.

-Рок плаћања: 60 дана

-Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде за јавну набавку: ЈН-08/16 медицински потрошни материјал.

Понуђено добро:

R.br.	Naziv	Dostaviti uzorak	Jed. mere	Količina	Cena po JM bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a	Registrovan ALIMS	Komercijalni naziv	Proizvođač
1	ZATVORENI SISTEM ZA DISANJE, DUŽINE 1,6m + GRANA 0,8m, SA DVA (2) HVATAČA ZA VODU, SA Y KONEKCIJOM 22M/15F SA DVA PORTA 7,6mm I SIGURNOSNOM KAPICOM, SA KONEKCIJOM ZA TEMPERATURNI PORT ZA "Dreager Aquapor", JEDNOKRATNA UPOTREBA	da - 1 kom	kom	200	1.153,00	230.600,00	да 515-02-2342-12-001	Flextube breath.system Draeger Aquapor tem.port 2034000	Intersurgical UK
2	KRUŽNI SISTEM ZA DISANJE SA ANTIMIKROBNOM ZAŠTITOM, DUŽINE 1,6m + GRANA 0,8m, SA DVA (2) HVATAČA ZA VODU, SA Y KONEKCIJOM 22M/15F SA DVA PORTA 7,6mm I SIGURNOSNOM KAPICOM, SA KONEKCIJOM-ZA TEMPERATURNI PORT ZA "Dreager Aquapor", VIŠEDNEVNA UPOTREBA (SEDAM DANA)	da - 1 kom	kom	1800	1840,00	3.312.000,00	да 515-02-2342-12-001	Silver Knight antimicrobial breath system Draeger Aquapor tem.port 2034100	Intersurgical UK

-Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-02-2342-12-001 од 13.2.2013.г. и допуна решења са роком важности до 25.01.2018.

Носилац решења је предузеће „Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25.

Произвођач: Intersurgical Ltd, Velika Britanija.

Производна места: Intersurgical Ltd Velika Britanija; Intersurgical UAB Litvanija, Intersurgical Limited Velika Britanija.

-Уз понуду је приложен: извод из каталога „Intersurgical” на енглеском језику; цртеж понуђеног добра; „An assesment of the effectiveness of anti-microbial breathing system tubing against a range of micro-organism” – за ставку 2; product data sheath за stavu 2.; узорак.

-Комисија за спровођење поступка јавне набавке, упутила је изабраном понуђачу - „Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25, захтев за додатним објашњењем своје Понуде бр. 978 од 17.03.2016. године, те да достави уколико понуђена добра испуњавају конкретну карактеристику: Писмену изјаву произвођача „Intersurgical UK” којом наведени произвођач потврђује да добро чији је комерцијални назив „Flex tube breath. sistem Drager Aquapor, tem. port - 2034000” и добро чији је комерцијални назив „Silver knight antimikrobial breath sistem Drager Aquapor, tem. port - 20134100”, имају два порта од 7.6 мм и сигурносну капицу на Y наставку. Изјава мора бити достављена у оригиналу као и превод Изјаве оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Поступајући по захтеву Комисије, понуђач „Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25, доставио је Изјаву произвођача понуђених добара „Intersurgical UK”, од 22.08.2016. године, са копијом превода на српски језик од судског преводиоца за енглески језик којим се: -Потврђује да су системи за дисање каталошког броја 2034000 и 2034100 посебно дизајнирани за употребу са овлаживачем „Draeger Aquapor”.

-Наводи да уколико се не користи овлаживач „Draeger Aquapor” и неопходни су улази од 7.6мм онда се исти могу наћи код система за дисање са каталошким бројевима 2009000 и 2009100 који имају идентичну техничку конфигурацију као и системи 2034000 и 2034100 осим самих улаза.

-Комисија констатује да је понуђач „Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25 у партији партију број 9 понудио:

-за ставка бр. 1 добро каталошког броја 2034000, **које не испуњава захтевану карактеристику из конкурсне документације „два порта 7,6мм са сигурносном капицом”**.

- ставку бр. 2 добро каталошког броја 203100, **које не испуњава захтевану карактеристику из конкурсне документације „са два порта 7,6мм и сигурносном капицом”**.

Из горе наведеног, комисија констатује да је понуда понуђача Неомедица“ д.о.о. Нови Сад, Косовска 25 за партију број 9 неодговарајућа у смислу члана 3. став. 1, тачка 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

**Понуда редни број 2. „Медисал“ д.о.о. Београд, Скојевска 23:**

бр понуде 320-16-п од 15.3.2016.г. заведена код наручиоца под бројем 969 од 16.03.2016.г.:

-Понуђена цена 2.288.000,00 динара без пдв.

-Понуда је самостална.

-Рок важења понуде је 65 дана од дана отварања понуда.

Комисија је по члану 90 став 2 ЗЈН од понуђача затражио изјашњење о продужења рока важења понуде.

Понуђач се 24.8.2016.г. сагласио за продужење рока важења понуде број 320-16-п од 15.3.2016.г у трајању од 60 дана.

-Рок испоруке: 5 дан од пријема захтева наручиоца.

-Рок плаћања: 60 дана

-Понуђач је исказао Трошкове припреме понуде за јавну набавку: ЈН-08/16 медицински потрошни материјал у износу од 2.250,00 динара без пдв, односно 2.700,00 динара са пдв.

Понуђено добро:

R.br.	Naziv	Dostaviti uzorak	Jed. mere	Količina	Cena po JM bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a	Registrovan ALIMS	Komercijalni naziv	Proizvođač
1	ZATVORENI SISTEM ZA DISANJE, DUŽINE 1,6m + GRANA 0,8m, SA DVA (2) HVATAČA ZA VODU, SA Y KONEKCIJOM 22M/15F SA DVA PORTA 7,6mm I SIGURNOSNOM KAPICOM, SA KONEKCIJOM ZA TEMPERATURNI PORT ZA "Dreager Aquapor", JEDNOKRATNA UPOTREBA	da - 1 kom	kom	200	1.144,00	228.800,00	да 515-02-00399-14-001/ 515-02-03145-14-001	crevo za ventilator amuc 1790/025	Amstrong Medical ltd, severna irska
2	KRUŽNI SISTEM ZA DISANJE SA ANTIMIKROBNOM ZAŠTITOM, DUŽINE 1,6m + GRANA 0,8m, SA DVA (2) HVATAČA ZA VODU, SA Y KONEKCIJOM 22M/15F SA DVA PORTA 7,6mm I SIGURNOSNOM KAPICOM, SA KONEKCIJOM-ZA TEMPERATURNI PORT ZA "Dreager Aquapor", VIŠEDNEVNA UPOTREBA (SEDAM DANA)	da - 1 kom	kom	1800	1.144,00	2.059.200,00	да 515-02-2342-12-001	crevo za ventilator amuc 1790/025	Amstrong Medical ltd, severna irska

-Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-02-00399-14-001 од 21.10.2014.г..и измена и допуна решења број 515-02-03145-14-001 од 25.03.2015.г. са роком важности до 18.07.2019.

Носилац решења је предузеће „Медисал“ д.о.о. Београд, Сурчин, Скојевска 23.

Произвођач: Armstrong medical Ltd, Severna Irska, Velika Britanija.

Производно место: Armstrong medical Ltd, Severna Irska, Velika Britanija

-Уз понуду је приложен:

- Извод из каталога „Armstrong” на енглеском језику са цртежом понуђеног добра AMVC1790/025;
- Изјава произвођача Amstrong medical ltd за тендер 08/16 од 11.03.2016.г. на енглеском и српском језику у којој се наводи:  
„Ми, Armstrong Medical LTD, Newbridge Road, Coleraine, N. Ireland BT52 1BS, UK, овим путем изјављујемо да производи које је Медисал д.о.о. понудио на тендеру бр 08/16 у потпуности одговарају захтеваним техничким карактеристикама. тј. партија 9: Производ са кодом AMVC1790/025 представља флексибилни кружни систем за дисање са Biocote-антимикробном технологијом/заштитом (јони сребра). Овај производ има могућност употребе 7 дана (168h). Спецификација производа са кодом AMVC:1790/025:Флексибилни кружни систем за дисање, 1.6 м дужине и граном 0,8м дужине; Два хватача за воду; Y-конекција 22м/15ф са два порта (7.6мм) и сигурносном капицом; конекција-температурни порт за Drager Aquarog.
- Анализу одељења за бактериологију, Институт за микробиологију и имунологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду, од 04.11.2015.г. за испитивање антимикробног деловања и присуства бактерија, за материјал: „црева произвођача Armstrong medical ltd обложена антимикробним слојем BioCote.”
- узорак

**Конкурсном документацијом под 2)6) захтевано је:**

*„2)6) Zahtevi naručioca u pogledu dostavljanja uzoraka:*

*Dostavljeni uzorci moraju da budu novi, neupotrebljavani i isključivo u originalnom pakovanju proizvođača.*

*Ukoliko komisija naručioca utvrdi da ponuđač uz svoju ponudu nije dostavio uzorke prema zahtevu naručioca, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.*

*Ukoliko komisija naručioca utvrdi da je ponuđač uz svoju ponudu dostavio uzorke koji nisu u skladu sa zahtevom iz konkursne dokumentacije, njegova ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.*


*Ponuđač zahtevane uzorke istovremeno dostavlja uz ponudu, u zasebnoj kutiji ili koverti koja mora biti zatvorena, sa naznakom:*


*"Ne otvarati" – UZORCI za javnu nabavku broj JN-08/16 medicinski potrošni materijal - partija br. \_\_ (ako ponuđač konkuriše za više partija, obavezno uzorke u kutiji ili koverti razvrstati po partijama) na adresu: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Put doktora Goldmana br.4, Sr.Kamenica, a na poleđini naziv ponuđača i adresu.*

*ponuđači su u obavezi da dostave uzorke, iako su tražena dobra već korišćena kod naručioca”*

У образцу понуде за партију број 9 је захтевано достављање 1 узорка за ставку 1 и 1 узорка за ставку 2. Понуђач Медисал д.о.о. је доставио један узорак за понуђено добро које нуди у ставкама 1. и 2.

**Комисија је извршила мерење дијаметра портова достављеног узорка:**





-Комисија констатује да је понуђач „Медисал” д.о.о. Београд, Сурчин, Скојевска 23 у партији партију број 9 понудио: за ставке бр. 1 и 2 добро каталошког броја атис 1790/025, и доставио узорак. За достављени узорак комисија је мерењем утврдила да није у складу са захтевом из конкурсне документације: „два порта 7,6мм са сигурносном капицом” јер је „десни” порт (када се гледа као на слици) значајно мањег дијаметра од захтеваног 7,6мм: унутрашњи дијаметар је ~3мм, а спољашњи ~5мм, **те се понуда одбија као неодговарајућа у складу са 2)6) конкурсне документације - Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач уз своју понуду доставио узорке који нису у складу са захтевом из конкурсне документације.**

**Из горе наведеног, комисија констатује да је понуда понуђача „Медисал” д.о.о. Београд, Сурчин, Скојевска 23 за партију број 9 неодговарајућа у смислу члана 3. став. 1, тачка 32 Закона о јавним набавкама. („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)**

Комисија предлаже да се обустави поступак сходно члану 109. став 1 Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора.

Поступак прегледа и стручне оцене понуда, завршен дана 30.08.2016. године.

Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије те је на основу овлашћења из члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у диспозитиву.

На основу члана 88. став 2. о трошковима је одлучено као у диспозитиву.

**7. Када ће поступак бити поново спроведен:**

У року од 15. дана од коначности ове одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5) ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

**ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА КВБВ**



**Проф. др Александар Реџек**