



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-06/19
Број: 537-1
Датум: 28.02.2019.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈНОПОС-06/19– Медицински потрошни материјал

Дана 25.02.2019. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-06/19 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављено следеће питање:

Vezano za JNOPOS-06/19 – Medicinski potrošni materijal, partija broj 97 – Set za angiografske procedure, molimo Vas da nam pojasnite sledeće:

Napred navedena partija broj 97 – Set za angiografske procedure sadrži tri stavke i to:

1. Set za angiografske procedure
2. Sterilna navlaka za zaštitu RTG cevi, PE, okrugla, prečnika 90cm
3. Sterilna navlaka za zaštitu olovnog stakla, PE, dimenzija 80cm x 100cm

Naše pitanje glasi:

Da li prihvatate da sve tri napred navedene stavke budu u okviru jednog seta, odnosno da li je prihvatljivo da set pod rednim brojem 1, pored sadržaja navedenog u specifikaciji, sadrži i navlake pod rednim brojem 2 i rednim brojem 3?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За наручиоца није прихватљиво да ставке 2 и 3 буду у оквиру сета под редним бројем 1, из разлога што је у појединим ситуацијама потребно искористити више од једне навлаке по процедури, па није целисходно распакивати цео сет због ставке 2 или 3.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку