



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред.бр.ЈНОПОС-21/18
Бр.1626-5
Датум: 18.07.2018.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈНОПОС-21/18 – Хируршки шавни материјал

Дана 16.07.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку **ЈНОПОС-21/18 – Хируршки шавни материјал**, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

“Питање 1:

Конкурсном документацијом сте предвидели под тачком 2.2 на ст.20 од 85 конкурсне документације следеће:

.....“Понуђач који нуди добра која се не производе у РС, за партије 1,2,3,4,5,6,10,11,12,17,18,19,21,22 је дужан да достави важећи CE сертификат или FDA сертификат.“

Питање: Молимо Вас да како бисте обезбедили једнакост понуђача и испоштовали Члан 12 ЗЈН да важећи CE сетификат буде обавезан за све понуђаче без обзира да ли нуде добра домаћег или страног порекла или да се важећи CE сертификат не мора доставити у понуди за горе поменуте партије?

Питање 2:

Да ли ће понуда бити прихваћена уколико се за партију број 19, ставка 1 понуди игла дужине 26 мм уместо захтеване дужине 25 мм?”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:

1. Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.
2. Наручилац ће прихвати дужину игле од 26 мм. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку