



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

Red.br. JN-05/16

Broj: 481-4/16

Datum: 23.02.2016. godine

Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 481-1/16 od 11.02.2016. godine sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku material za invazivnu kardiologiju
jn-05/16**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – materijal za invazivnu kardiologiju, JN-05/16 u okviru kojeg je postavljena sledeća pitanja:

Poštovani,

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koje je vezano za JN -05/16 (Materijal za invazivnu kardiologiju) a odnosi se na partiju 20.

Pitanje glasi:

Da li će se ponuda smatrati prihvatljivom ukoliko se ponudi snare-omča za vađenje stranih tela iz aorte dužine 100 cm, dijametra katetera 8 Fr?"

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljeno pitanje:

U partiji 20 Snare-omče za vađenje stranih tela iz aorte zahtevano je:
„Snare-omča za vađenje stranih tela iz aorte, dužine 120cm, sa odgovarajućim kateterom Fr6 ili Fr7 dužine 100cm ili više”. Iz razloga što svakodnevno radimo sa kateterima dijametra Fr6 i Fr7.

Po našim saznanjima postoji više ponuđača koji ispunjavaju zahtevanu tehničku specifikaciju.

Shodno navedenom, nije prihvatljivo ponuditi dobro dijametra katetera 8 Fr.

Navedeno dodatno pojašnjenje će bez odlaganja biti objavljeno na Portalu javnih nabavki i na Internet stranici naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

mr sc. med. Dragan Debeljacki

