



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈНОПОС-01/20
Број: 395-9
Датум: 18.02.2020.
Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку ЈН-01/20 – Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

Дана 14.02.2020. године путем мејла нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-01/20 – Лабораторијски реагенси и потрошни материјал у оквиру којег су постављена следећа питања:

„Поштовани,

Молимо да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Лабораторијски реагенси и потрошни материјал, у отвореном поступку ЈНОПОС-01/20 а за партију 14 – Вакум епрувете за узорковање крви:

1. Одређеном броју пацијената који се лече и на Вашем Институту немогуће је узорковати крв вакуум системом због њиховог здравственог стања. У тим случајевима пацијенту се крв узоркује помоћу шприца која се затим преноси у одговарајућу вакуум епрувету помоћу адаптера за пренос крви. Молимо Вас да дефинишете количину адаптера за пренос крви које је уз тражене затворене системе/вакуум епрувете потребно понудити?

2. На Вашем Институту смештени су и пацијентима са пласираним ЦВК или браунилом. Код таквих пацијената крв се може узорковати директно из катетера/брауниле помоћу специфичног адаптера за ту намену, а који има уграђен неодвојив луер наставка. Додатна предност наведеног адаптера је у специфичном дизајну који обезбеђује смањење процента хемоллизе у узорку крви а тиме позитивно доприноси квалитету узорка крви/добijenих резултата и смањењу броја узорака крви који се одбацују због хемоллизе. Обзиром на наведене бенефите, молимо Вас да дефинишете потребу за адаптером за узорковање крви из ЦВК/брауниле са неодвојивим луер наставком и количину истог коју је потребно понудити?

3. Препорука ЦПСИ стандарда је да сви производи који чине систем за узорковање венске крви (тј. користе се заједно и истовремено) буду од истог произвођача због компатибилности. У складу са тиме, предлагемо да дефинишете обавезу да сви понуђени производи за партију 14 буду од истог произвођача тј. да затворени системи за седиментацију, хематологију, коагулацију и биохемију као и адаптер за пренос крви и адаптер за узорковање крви из ЦВК/брауниле буду од истог произвођача?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављена питања:

Комисија за јавну набавку остаје при захтевима из конкурсне документације.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку