



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈН-ОП-ОС-35/19
Број: 2856-6
Датум: 28.10.2019.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку **ЈН-ОП-ОС-35/19 – Хируршки шавни материјал**, образована Решењем директора број 2856-1 од 24.09.2019.године, припремила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-ОП-ОС-35/19 – Хируршки шавни материјал

I У делу 2)1) Техничке спецификације Хируршког шавног материјала на страни од 18 од 95, због техничке грешке мења се текст за Партију бр.21 и гласи:

Partija broj 21: Žica za sternum								
R.br.	Materijal	Debljina	Dužina konca	Broj niti	Dužina igle	Oblik i osobine igle	Jedinica mere	Količina
1	Žica za sternum	6	45 cm	4 x 1	48 mm	½ okrugla tapercut	komad	720
2	Žica za sternum	7	45 cm	4 x 1	48 mm	½ okrugla tapercut ili cutting	komad	480

II У делу 2)1) Техничке спецификације Хируршког материјала на страни од 21 и 22 од 95, због техничке грешке мења се текст за Партију бр.27 и гласи:

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне карактеристике, стручна оцена достављених узорака, пробно коришћење и разлози - нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти полидиоксанона са трикросаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет.

Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном догађају: Уколико се конач мрси, отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања. Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак одбити као неодговарајући.

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти полидиоксанона са трикросаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет.

Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном догађају: Уколико се конач мрси, отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања. Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак одбити као неодговарајући.

II У делу 6)1) Образац понуде на страни од 48 од 95, због техничке грешке мења се текст за Партију бр.21 и гласи:

Partija broj 21: Žica za sternum								
R.br.	Materijal	Debljina	Dužina konca	Broj niti	Dužina igle	Oblik i osobine igle	Jedinica mere	Količina
1	Žica za sternum	6	45 cm	4 x 1	48 mm	½ okrugla tapercut	komad	720
2	Žica za sternum	7	45 cm	4 x 1	48 mm	½ okrugla tapercut ili cutting	komad	480

III Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца све измене у пречишћеном тексту Конкурсне документације под сопственим бројем **2856-3-1**.

IV Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања морају бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку