



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
**REPUBLIKA SRBIJA**  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JN-16/16  
Broj: 1526 -10  
Datum: 30.05.2016.  
Sr. Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku  
br. JN-16/16 – Hirurški šavni materijal**

Dana 30.05.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-16/16 – Hirurški šavni materijal, u okviru kojeg je traženo sledeće pojašnjenje:

Molimo Vas da nam odgovorite da li prihvatate sledeća minimalna odstupanja:

Partija 6 ..... igla debljine 10mm (traženo 9 mm),  
Partija 10, stavka 3.....igla debljine 6,4mm (traženo 6.5mm)  
Partija 15..... igla debljine 25mm (traženo 26mm)  
Partija 16, stavka 1 ..... igla debljine 25mm (traženo 26mm)  
Partija 16 stavka 2.....igla debljine 18mm (traženo 17mm)

Razlika u dimenziji je 1mm, što u praksi ne predstavlja razliku i takvi konci se mogu u praksi potpuno isto upotrebljavati i zadovoljavati potrebe naručioca na potpuno isti način.. Napominjemo da ovo nije naše proizvoljno mišljenje, već i mišljenje drugih naručioca u postupcima javnih nabavki, koji su za iste svrhe prihvatili i potvrdili istu primenu konaca dimenzija koje mi nudimo, bilo da su prihvatili odstupanje u dimenzijama, bilo da su i sami u specifikaciji dobara konkursne dokumentacije naveli tu mogućnost.

Na ovaj način ograničena je konkurencija među ponuđačima jer bez dozvoljene tolerancije, svaka nabavka dobara po partijama a koja je sačinjena od više proizvoda predstavlja ograničenje konkurencije što je u suprotnosti sa članom 3 ZJN i određivanje tehničke specifikacije u suprotnosti sa odredbama člana 10 ZJN.

Molimo Vas da u navedenim partijama dozvolite da se ponude konci i time omogućite konkurenciju u skladu sa zakonom o JN , član 9.

**Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br. 14/15 i 68/15), dostavljamo pojašnjenje:**

1. Za Partiju br.6 Naručilac ostaje pri tehničkim zahtevima iz Konkursne dokumentacije.
2. Za Partiju br.10, stavku br.3 Naručilac ostaje pri tehničkim zahtevima iz Konkursne dokumentacije.
3. Za Partiju br.15 Naručilac će prihvatiti minimalna odstupanja i izvršiće Izmenu Konkursne dokumentacije.

4. Za Partiju br.16, stavku br.1 Naručilac će prihvatiti minimalna odstupanja i izvršiće Izmenu Konkursne dokumentacije.
5. Za Partiju br.16, stavku br.2 Naručilac je u Izmeni konkursne dokumentacije objavljenoj 13.05.2016.godine izmenio opseg.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

