



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-МВ-УСЛ-09/17
Број: 3169-4
Датум: 07.11.2017.
Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку ЈН-МВ-УСЛ-09/17 – ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА УРЕЂАЈА И ОЧИТАВАЊЕ ТЛ ДОЗИМЕТАРА

Дана 06.11.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-МВ-УСЛ-09/17 – ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА УРЕЂАЈА И ОЧИТАВАЊЕ ТЛ ДОЗИМЕТАРА у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Набавка се односи на период од 12 месеци а број корисника на месечном нивоу је 60, лабораторија је дужна као и другим корисницима да за сваког корисника обезбеди по два дозиметра што би било $2 \times 60 = 120$ и ту су табеле наручиоца ок (видети стране 6 и 48). Овим је међутим број дозиметара који се очитава месечно на годишњем нивоу $12 \times 60 = 720$ док се у табелама наручиоца појављује двоструко више тј 1440!

Напомињем да је у случају дозиметара који се очитавају тромесечно логика наручиоца другачија: пише 3 корисника, број дозиметара који се очитавају годишње $3 \times 4 = 12$ што је ок али у ставки број потребних дозиметара пише 2?! (да је као код месечних било би $3 \times 2 = 6$)

Такође постоји још једна нејасноћа а појављује се на странама 6 и 50 у пасусима који почињу са "ТЛД за тело за дуплу дозиметрију..." а питање је да ли је наручиоцу потребна дупла дозиметрија тј. дозиметри испод и изнад кецеље те ако је одговор потврдан за колико корисника. Уколико би било потребно за сваког корисника ТЛД за кога се очитавање обавља месечно то би онда одговарало броју од 1440 дозиметара за очитавање годишње али би ставка број потребних ТЛ дозиметара (у табелама на странама 6 и 48) била $60 \times 4 = 240$."

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

- 1. Сва професионално изложена лица у зони јонизујећег зрачења, под редним бројем 1 (60 корисника) су предвиђена за дуплу дозиметрију (изнад и испод заштитне кецеље), тако да је укупан број дозиметара тачан који је уписан у табелама на странама 6. и 48., али је број потребних дозиметара дупло већи, тј. Наручиоцу је месечно потребно 120 дозиметара.**

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку