



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



**Комисија за јавну набавку**

**Ред. бр. ЈН-46/16**

Број: 3832-8

Датум: 14.11.2016. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 3832-1 сачинила је

**Додатно појашњење за јавну набавку  
ЈН-46/16 - Болеснички кревети са ормарићем**

Дана 14.11.2016. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ под бројем 3942, за јавну набавку ЈН-46/16 - Болеснички кревети са ормарићем у оквиру којег је наведено следеће:

**Питање бр. 1:**

На страни 6 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) у позицији 2. Стоји:

2	Платформа душека четвороделна, израђена од ламината пропусног за РТГ зраке испод леђног дела и пластичних сегмената изливених у калупима, који се могу скидати. Пластични сегменти морају имати вентилационе отворе који омогућавају ваздуху да циркулише испод душека.
---	---

Молимо да измените документацију и да дозволите нуђење кревета чија је платформа у целости направљена од ламината пропусног за РТГ зраке, што је свакако квалитетније од платформе са пластичним сегментима.

**Питање бр. 2:**

На страни 7 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) у позицији 17 стоји:

17	Точкови антистатички мин. Ø150мм са централним кочењем и могућношћу усмерења за праволинијску вожњу и алармом који сигнализира да је кревет откочен, а укључен у извор струје
----	---

Како би се омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача, молимо Вас да дозволите да се понуди болеснички кревет без аларма који сигнализира да је кревет откочен, а укључен у струју. Молимо да измените конкурсну документацију, тако да захтев 17. гласи:

„Точкови антистатички мин. Ø150мм са централним кочењем и могућношћу усмерења за праволинијску вожњу.“

**Питање бр. 3:**

На страни 7 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) имате две позиције под редим бројем 22. Молимо да уредите бројеве позиција како би се могле правилно обележити у каталозима произвођача и техничкој документацији.

Питање бр. 4:

На страни 7 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) у позицији 27 стоји:

27	Пасивни антидекубитални душек, профилисан, висине најмање 14cm, једноделни, димензионо одговара кревету, са водонепропусном перивом навлаком (минимално на 70°), пена густине минимално 40kg/m <sup>3</sup>
----	---

Како би се омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача, молимо Вас да дозволите да се понуди антидекубитни душек, профилисан, висине минимално 12cm. Молимо да измените конкурсну документацију, тако да захтев 17. Гласи:

„Пасивни антидекубитни душек, профилисан, висине најмање 12 cm, једноделни, димензионо одговара кревету, са водонепропусном перивом навлаком (минимално на 70°), пена густине минимално 40kg/m<sup>3</sup>.“

Питање бр. 5:

На страни 8 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) – Болеснички ормарић израђен од стране произвођача кревета, у позицији 6 стоји:

6	Радна плоча, чела, врата израђена од HPL
---	--

Молимо да измените документацију и да дозволите нуђење ормарића чија су врата и фиока израђени од метала, јер су такви ормарићи дуговечнији, тако да захтев 6 гласи: „Радна плоча израђена од HPL, чела и врата израђени од HPL или метала.“

Питање бр. 6:

Како су болеснички кревети и болнички ормарићи разнородна добра, молимо да се раздвоје у 2 партије.

**На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:**

**Одговор бр. 1:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Одговор бр. 2:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Одговор бр. 3:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Одговор бр. 4:**

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације - техничке спецификације. Наручилац је захтев дефинисао водећи рачуна о објективним минималним потребама пацијента који се лече у ИКВБВ. С обзиром на тешка стања пацијента као и период лежања који је дуг, 14cm је минимална дебљина душека која задовољава потребе наших пацијената у смислу удобности и превенције декубитиса. Овим захтевом Наручилац ни у ком случају није ограничио конкуренцију у предметној јавној набавци, с обзиром да се 14cm дебљине душека узима као стандард у свету, те да сваки произвођач има душек од 14cm дебљине и дебљим, као и да је и сам потенцијални понуђач који је поставио питање регистровао 16 врста антидекубиталних душека, што је Наручилац утврдио увидом на сајту АЛИМС-а.

**Одговор бр. 5:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Одговор бр. 6:**

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације - техничке спецификације, будући да сваки произвођач медицинских кревета прави и ормариће (и то неколико врста - што је утврђено истраживањем тржишта пре покретања јавне набавке), те да и сам потенцијални понуђач који је поставио питање може да понуди више врста ормарића, који су дизајном, димензијама, а што је најважније и квалитетом, компатибилни са креветом који производи њихов принципал.

Овим захтевом Наручилац води рачуна о својој објективној потреби, тј. да добије ормарић истог квалитета као што је и болеснички кревет, будући да, у супротном, може да се појави непринципијелан понуђач који ће да понуди ормарић који је вишеструко лошијег квалитета, израђен од стране произвођача обичног намештаја и то без обзира на чињеницу да ормарић постоји у производном портфолиу његовог принципала, чиме би умањио цену из своје понуде и тиме био јефтинији од понуђача који би на фер и принципијелан начин понудили квалитетан ормарић који је израђен од стране произвођача кревета.

**Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ