



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-32/18
Број: 2782-4
Датум: 14.11.2018.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку ЈН-32/18 – Ендоскопска опрема са инструментима, образована Решењем директора број 2782-1 од 22.10.2018. године, припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-32/18

1 Конкурсна документација број 2782-3 од 22.10.2018. године, у делу:

2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., део 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација), **мења се у тачци 4 и гласи:**

| Р.Бр | Техничке карактеристике ендоскопска опрема | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
|------|--|-------|----------|
| 1. | Процесор 4К камере Резолуција: мин. 3840 x 2160 Колор екран осетљив на додир Изазни сигнали: 2 x HDMI или DVI-D или 3G-SDI, SDI Надограђен системом за снимање и складиштење појединачних слика и видео записа, контрола функције снимања преко главе камере, или засебан уређај за снимање слике и видео записа Екстерна меморија за складиштење података, каблови за повезивање | | |
| 2. | Глава 4К камере Два програмабилна тастера за управљање функцијама камере Аутоклавабилна Могућност увеличања слике (zoom) | | |
| 3. | Извор светла лед, еквивалента мин. 300W Подешавање интензитета светла 0-100% | | |
| 4. | ЛЦД Монитор 4К – 2 ком Дијагонала мин. 31" Контраст рацио: ≈1450:1 Улазни сигнали: HDMI, DVI-D, SDI | | |
| 5. | Светлосни оптички кабл Промер снопа оптичких влакана од 4 до 5мм, дужине мин. 3м, аутоклавабиран | | |
| 6. | Мобилна колица за опрему Са укљученим трансформатором и утичним местима за све припадајуће апарате Држач монитора са VESA качењем Полице за опрему за све припадајуће апарате | | |
| 7. | Инсуфлатор примењив за минимално инвазивну кардиохирургију Брзина пуњења мин. 45 л/мин Дигитални дисплеј са приказом притиска и протока гаса, капацитета боце, са звучним и светлосним алармима у случају грешке или изразитог повећања притиска Аутоматска регулација притиска | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 8. | Пумпа за сукцију и иригацију примењиво за минимално инвазивну кардиохирургију Капацитет пумпе: Иригација од мин. 1.2 л/мин. Сукција од мин. 1.2 л/мин. | | |
| 9. | Оптика-Телескоп од 5 до 5.5 мм, 0° Прилагођена 4K камерама Радна дужина ≈300мм Аутоклавабилна | | |
| 10. | Оптика-Телескоп 10мм, 30° Прилагођена 4K камерама Радна дужина ≈300мм Аутоклавабилна | | |
| Техничке карактеристике инструменти | | | |
| 1 | Ретрактор ZENKER, под углом, ≈60X12 мм, ≈26.5 цм | | |
| 2 | Форцепс за измену сечива | | |
| 3 | MARTIN-ARM-SYSTEM '99, ретрактор, држач телескопа, Ø5&10 мм, за MARTIN-ARM, универзални фиксатор за MARTIN-ARM '99, фиксациони елемент универзални, за ≈Ø6 мм (или одговарајуће) | | |
| 4 | Сукциони тубус за торакоскопски систем, ≈Ø6мм, са одсечком, ≈39цм | | |
| 5 | Мини - toracotomy ретрактор | | |
| 6 | Савитљиво сечиво, ≈76x25 мм | | |
| 7 | Маказе, торакоскопски инструмент, 30°, средње, ≈24 цм | | |
| 8 | Маказе, торакоскопски инструмент, 70°, средње, ≈24 цм | | |
| 9 | Маказе, торакоскопски инструмент, Potts-Dietrich, 45°,средње | | |
| 10 | Тунгстен карбид-иглодржач, торакоскопски инструмент, прав, са бравицом, ср. | | |
| 11 | Тунгстен карбид-иглодржач, торакоскопски инструмент, закривљен, са бравицом, средњи | | |
| 12 | Форцепс, торакоскопски инструмент, DeBakey, танак,средњи | | |
| 13 | Форцепс инструмент, Resano, једна чељуст активна, средњи | | |
| 14 | Гурач чвора, торакоскопски инструмент, средњи, ≈24 цм | | |
| 15 | Кука, торакоскопски инструмент, ≈5мм, са типком, ≈36цм | | |
| 16 | Кука, торакоскопски инструмент, ≈10мм, ≈36цм | | |
| 17 | Хватач чвора, торакоскопски инструмент, ≈36цм | | |
| 18 | Дршка скалпела, торакоскопски инструмент, микросечиво, ≈34цм | | |
| 19 | Ретривер торакоскопски инструмент, ≈36цм | | |
| 20 | Chordae tendinae мерач, торакоскопски инструмент, ≈41цм | | |
| 21 | Форцепс за аорту, торакоскопски инструмент, трансторакални, ≈36цм | | |
| 22 | Контејнер за складиштење инструмената, ≈60X30X21 цм, са жичаном корпом, са антимикробном баријером за неограничен број стерилизација | | |
| 23 | Трокар ≈5мм, дужина ≈60мм, вишекратни | | |
| 24 | Трокар ≈10мм, дузина ≈100мм, вишекратни | | |
| 25 | Аортна клема - самостална | | |

II Измене и допуне Конкурсне документације ће без одлагања бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку